


**OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„Urządzenie do sterylizacji pomieszczeń H2O2”**

Warszawa, dnia 05.05.2015 r.																													
Zamawiający:	Instytut Biologii Doświadczalnej PAN																												
Tytuł Projektu:	Wzrost innowacyjności Mazowsza poprzez budowę zintegrowanych stanowisk do badań przedklinicznych z udziałem radiofarmaceutyków																												
Przedmiot zamówienia:	Urządzenie do sterylizacji pomieszczeń H2O2																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>OPIS FUNKCJONALNOŚCI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Zastosowanie do dezynfekcji pomieszczeń za pomocą dyfuzji</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Czynnik biobójczy – nadtlenek wodoru</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Powierzchnia dezynfekcji minimum 50m3</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Zasilanie elektryczne - 230 V</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Dezynfekcja całego pomieszczenia wraz ze sprzętem (np. regał metalowy, artykuły papiernicze itp.)</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Waga urządzenia poniżej 20 kg.</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Zapis daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji.</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Możliwość ustawienia czasu startu urządzenia</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Szybkość dyfuzji środka w całym pomieszczeniu do 3 min dla 50m3</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Urządzenie mobilne.</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Kompatybilne ze sprzętem elektronicznym.</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>Dostępność testów do sprawdzenia penetracji środka; podać informacje o testach</td> </tr> </tbody> </table>	L.p.	OPIS FUNKCJONALNOŚCI	1.	Zastosowanie do dezynfekcji pomieszczeń za pomocą dyfuzji	2.	Czynnik biobójczy – nadtlenek wodoru	3.	Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze.	4.	Powierzchnia dezynfekcji minimum 50m3	5.	Zasilanie elektryczne - 230 V	6.	Dezynfekcja całego pomieszczenia wraz ze sprzętem (np. regał metalowy, artykuły papiernicze itp.)	7.	Waga urządzenia poniżej 20 kg.	8.	Zapis daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji.	9.	Możliwość ustawienia czasu startu urządzenia	10.	Szybkość dyfuzji środka w całym pomieszczeniu do 3 min dla 50m3	11.	Urządzenie mobilne.	12.	Kompatybilne ze sprzętem elektronicznym.	13.	Dostępność testów do sprawdzenia penetracji środka; podać informacje o testach
	L.p.	OPIS FUNKCJONALNOŚCI																											
	1.	Zastosowanie do dezynfekcji pomieszczeń za pomocą dyfuzji																											
	2.	Czynnik biobójczy – nadtlenek wodoru																											
	3.	Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze.																											
	4.	Powierzchnia dezynfekcji minimum 50m3																											
	5.	Zasilanie elektryczne - 230 V																											
	6.	Dezynfekcja całego pomieszczenia wraz ze sprzętem (np. regał metalowy, artykuły papiernicze itp.)																											
	7.	Waga urządzenia poniżej 20 kg.																											
	8.	Zapis daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji.																											
	9.	Możliwość ustawienia czasu startu urządzenia																											
	10.	Szybkość dyfuzji środka w całym pomieszczeniu do 3 min dla 50m3																											
	11.	Urządzenie mobilne.																											
	12.	Kompatybilne ze sprzętem elektronicznym.																											
13.	Dostępność testów do sprawdzenia penetracji środka; podać informacje o testach																												
Kryterium oceny:	Cena																												
Miejsce składania ofert:	Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Dział zaopatrzenia																												



Forma złożenia ofert:	Oferta droga elektroniczna, na adres zaopatrzenie@nencki.gov.pl lub i.czaplarska@nencki.gov.pl , lub dostarczona do sekretariatu Instytutu pok.29
Termin złożenia ofert:	27.05.2015 do godziny 16:00
 (podpis Zamawiającego)	