

Dot. projektu pt. „Wzrost innowacyjności Mazowsza poprzez budowę zintegrowanych stanowisk do badań przedklinicznych z udziałem radiofarmaceutyków”, nr RPMA.01.01.00-14-025/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Regał IVC z podziałem na 4 pakiety,

znak sprawy: AZP-2401-02/2015

Zamawiający informuje, że udziela zamówienia w częściach, zgodnie z ustaleniami art. 32 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych tzn., na każdą z dostaw potrzebnej aparatury zostanie przeprowadzone odrębne postępowanie, których łączna wartość szacunkowa przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

SPECYFIKACJA ZAWIERA (załączniki do SIWZ stanowią integralną część specyfikacji)

Instrukcję dla Wykonawców:	punkty od I do XX
Formularze Oferty:	załącznik nr 1 Szablon oferta
	załącznik nr 2.1 Parametry
	załącznik nr 2.2 Parametry
	załącznik nr 2.3 Parametry
	załącznik nr 2.4 Parametry
	załącznik nr 3 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
	załącznik nr 4 Wykaz dostaw
	załącznik nr 5 Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
	załącznik nr 6 Oświadczenie z art. 26 ust. 2d Pzp
Wzór umowy	załącznik nr 7

Warszawa 21.04.2015 r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa (firma) oraz adres Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marceliego Nenckiego PAN z siedzibą w **Warszawie przy ul. Pasteura 3, kod poczt. 02-093**, zwany dalej „**Zamawiającym**” lub „**IBD**”.

NIP: 525 000 92 69 REGON 000325825.

Telefon 22 589 20 00, faks zamówienia publiczne: **22 589 24 93**.

Adres strony internetowej: **www.nencki.gov.pl**

II. Tryb udzielenia zamówienia i informacje proceduralne

1. Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej "Pzp" lub "ustawą - Pzp", w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy -Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do niej, oraz ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
3. Rodzaj zamówienia: dostawa.
4. Wartość szacunkowa zamówienia: jest to zamówienie udzielane w częściach, wartość szacunkowa zamówienia: przekracza równowartość 134 000 euro.
5. Aukcja elektroniczna: wybór najkorzystniejszej oferty nie jest przewidziany z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6. **Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 2a Pzp przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych chyba, że Wykonawca udowodni podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które mają zapobiec zawinieniu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.**
7. **Informacje na temat ofert częściowych**
 - a) W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 - b) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dowolnie wybraną część, na dowolnie wybrane części lub na wszystkie części postępowania.
 - c) Każda z części jest autonomiczna. Zamawiający w ramach jednego postępowania stosować będzie odpowiednie przepisy ustawy Pzp osobno dla każdej z wyszczególnionych części, tzn. czynności związane m.in. z wykluczeniem z postępowania, odrzuceniem oferty, wyborem najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniem postępowania, dokonuje się odrębnie dla każdej części.
 - d) Na każdą z części postępowania zostanie zawarta osobna umowa.
 - e) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na daną część postępowania.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup regału IVC z dodatkowym wyposażeniem; zmywarką do butelek (z kosztami do mycia butelek i kapsli, z doposażeniem), stacją usuwania ściółki, stacją wymiany klatek (2 szt.), z dopuszczeniem składania ofert częściowych dotyczących poniżej wymienionych pakietów/części.

W każdej z części postępowania:

- ✓ w zakres dostawy wchodzi: dostarczenie urządzenia do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego, jego instalacja i uruchomienie oraz instruktaż z obsługi (transport, rozładowanie, wniesienie i uruchomienie, przeszkolenie);
- ✓ zaoferowana minimalna długość gwarancji musi wynosić 24 miesiące;
- ✓ musi zostać zaoferowany autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce.

Opis w podziale na części:

część nr 1) -zmywarka do butelek, z koszami do mycia butelek i kapsli, z doposażeniem

1. Dotyczy zakupu zmywarki do klatek i butelek hodowlanych, wraz z odpowiednimi koszami do mycia butelek oraz kapsli i niezbędnym doposażeniem (1 szt.).
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień, CPV: 42995000-7 różne maszyny czyszczące.
3. Szczegółowy opis oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 2.1 do SIWZ – Parametry.

część nr 2) -stacja usuwania ściółki

1. Dotyczy zakupu stacji usuwania ściółki wraz z niezbędnym doposażeniem (1 szt.).
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień, CPV: 42990000-2 różne maszyny specjalnego zastosowania.
3. Szczegółowy opis oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 2.2 do SIWZ – Parametry.

część nr 3) -regał IVC

1. Dotyczy zakupu:
 - a) systemu indywidualnie wentylowanych klatek do hodowli myszy (IVC), na łączną liczbę 590-660 klatek dla myszy, z dodatkowym pokrywającym 50% całości kompletem wyposażenia;
 - b) systemu indywidualnie wentylowanych klatek do hodowli szczurów (IVC), na łączną liczbę minimum 56 klatek dla szczurów, z dodatkowym pokrywającym 50% całości kompletem wyposażenia;
 - c) systemu indywidualnie wentylowanych klatek do hodowli szczurów (IVC), na łączną liczbę minimum 80 klatek dla szczurów, z dodatkowym pokrywającym 50% całości kompletem wyposażenia;
 - d) systemu nawiewczo -wyciągowego przeznaczonego do regałów IVC dla myszy i szczurów (7 jednostek uniwersalnego systemu nawiewczo –wyciągowego) kompatybilnego do regałów systemu indywidualnie wentylowanych klatek do hodowli myszy i szczurów (IVC), opisanych w lit. a, b i c.
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 42990000-2 różne maszyny specjalnego zastosowania.
3. Szczegółowy opis powyższych urządzeń oraz wymagania ich dotyczące zawarte są w załączniku nr 2.3 do SIWZ – Parametry.

część nr 4) -stacja wymiany klatek (2 szt.)

1. Dotyczy zakupu dwóch sztuk stacji wymiany klatek.
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 42990000-2 różne maszyny specjalnego zastosowania.
3. Szczegółowy opis oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 2.4 do SIWZ – Parametry.

IV. Termin wykonania zamówienia

dla części nr 1) i nr 2) i nr 3) i nr 4)

Określa się: do 56 dni (8 tygodni) od daty podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z ustaleniami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór stanowi załącznik do SIWZ);
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
- dla części nr 1)
- warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował nie mniej niż dwa zamówienia dotyczące sprzedaży zmywarki do klatek i butelek hodowlanych z załączeniem dowodów, że zostały one zrealizowane należycie;
- dla części nr 2)
- warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował nie mniej niż dwa zamówienia dotyczące sprzedaży stacji usuwania ściółki z załączeniem dowodów, że zostały one zrealizowane należycie;
- dla części nr 3)
- warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował nie mniej niż dwa zamówienia dotyczące sprzedaży systemu indywidualnie wentylowanych klatek do hodowli gryzoni laboratoryjnych (IVC) z załączeniem dowodów, że zostały one zrealizowane należycie;
- dla części nr 4)
- warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował nie mniej niż dwa zamówienia dotyczące sprzedaży stacji wymiany klatek z załączeniem dowodów, że zostały one zrealizowane należycie;
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
- dla części nr 1) i nr 2) i nr 3) i nr 4)
- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór stanowi załącznik do SIWZ);
- d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- dla części nr 1) i nr 2) i nr 3) i nr 4)
- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór stanowi załącznik do SIWZ);
- e) odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej:
- dla części nr 1) i nr 2) i nr 3) i nr 4)
- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór stanowi załącznik do SIWZ).
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach opisanych w art. 24 ust. 1, ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 i 2 na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty oświadczeniach i dokumentach.
4. W przypadku **Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie** publiczne, każdy z warunków wyznaczonych w pkt 1 musi spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie a warunek z pkt 2 musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy załączyć:

- a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenie składa co najmniej jeden z Wykonawców w imieniu swoim i innych lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.

oraz następujące dokumenty

- b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem jest poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tego poświadczenia dowodem jest oświadczenie Wykonawcy. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ.

- c) **Jeżeli Wykonawca** polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, musi udowodnić dysponowanie tym zasobem w trakcie realizacji zamówienia. W szczególności do Oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego wyrażające w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, zasobu na potrzeby wykonania zamówienia oraz wskazywać istotne okoliczności wynikające ze specyfiki tego zasobu, tj.:
- jaki jest zakres zasobów innego podmiotu, które udostępni Wykonawcy,
 - w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 - jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
 - jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

2. **W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia**, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

- a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24. 1 Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z nich.
- b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Pzp -wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp -wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- g) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp -wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- h) **Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- i) Oświadczenie zawierające informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub że należy do grupy kapitałowej z listą podmiotów należących do tej samej grupy, w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.

3. **Gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium**

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI. 2 SIWZ składa:

- a) Zamiast dokumentu wskazanego w lit. b) (aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)- dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- b) Zamiast dokumentów, o których mowa w lit. c, d (zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego i zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)- dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- c) Zamiast dokumentu, o którym mowa w lit. f (informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp) - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- d) Zamiast dokumentu, o którym mowa w lit. e, g (informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Pzp i w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Pzp)- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- e) **Jeżeli** w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej (lit. a –d) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionym w terminie zgodnym z ustaleniami odpowiednio dla zastępowanego dokumentu.

4. **W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy załączyć:**

dla części nr 3) i nr 4)

- a) **Zaświadczenia/ certyfikaty** dot. oferowanych urządzeń zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu Parametry, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2.3 i nr 2.4 do SIWZ;

dla części nr 1) i nr 2) i nr 3) i nr 4)

- b) Dokument **autoryzacji dla zaoferowanego serwisu** wystawiony przez producenta urządzenia.

5. **Pozostałe/"inne" oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty:**

- a) Prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.

VII. **Podwykonawcy**

- 1. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca musi wskazać w ofercie (w formie oświadczenia) tą część zamówienia, której realizację zamierza powierzyć podwykonawcy (patrz: Formularz oferty -Szablon, załącznik do SIWZ).

2. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach wskazanych w art. 26 ust. 2.b Pzp (poleganie na wiedzy i doświadczeniu), Wykonawca musi wskazać w ofercie (w formie oświadczenia) nazwy/firmy tych podwykonawców (patrz: Formularz oferty -Szablon, załącznik do SIWZ).
3. W przypadku braku powyższego oświadczenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.
4. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może zmienić podwykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.

VIII. Tajemnica przedsiębiorstwa

1. Wykonawca może zastrzec poufność części oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).
2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
3. Zastrzeżenie jest skuteczne, jeżeli **nie później niż w terminie składania ofert Wykonawca wskaże informacje**, które nie mogą być udostępniane **oraz wykaże, że** zastrzeżone informacje **stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa**.
4. Zastrzeżoną część Oferty zaleca się umieścić w odrębnej kopercie ze stosownym opisem np. „Część poufna”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu.
5. W przypadku braku wskazania informacji niejawnych wraz z uzasadnieniem przyjętego stanowiska w terminie o którym mowa w pkt 3 lub niewypełnienia odpowiedniej rubryki w Formularzu Szablon oferty Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie zastrzega poufności części oferty.

IX. Informacje dla Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 23 ust. 1 Pzp, są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą. Pełnomocnictwo musi zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez danego Wykonawcę.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Korespondencję, o której mowa w art. 27. 1. Pzp, (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje) Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem z potwierdzeniem na piśmie (tj. z obowiązkiem przesłania na piśmie korespondencji którą przesłano wcześniej faksem), lub pisemnie.
3. W formie pisemnej musi być złożona oferta wraz z załącznikami, pełnomocnictwa, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowany przedmiot wymagań określonych przez Zamawiającego.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy prześlą korespondencję faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania.
5. Zamawiający przyjmuje, że pismo wysłane na adres numer faksu podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma, chyba, że Wykonawca wezwany do potwierdzenia jego otrzymania, zgodnie z ustaleniami pkt 4, oświadczy, że korespondencji nie otrzymał.

6. **Korespondencję należy oznaczać numerem postępowania** i przekazywać:
- przekazywaną faksem, należy kierować na numer **22 589 24 93**;
 - pisemną, należy kierować na adres Zamawiającego - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa;
7. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
8. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami w sprawie procedury przetargowej: Anna Jachner, tel. 22 589 22 13; Joanna Rawa, tel. 22 589 22 66. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających procedowania zgodnie z ustaleniami ustawy Pzp.
9. Wykonawca, ma prawo zwrócić się do Zamawiającego **o wyjaśnienie treści specyfikacji** składając wniosek. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert jeżeli wniosek wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego po w/w terminie lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień Zamawiający może odpowiedzieć lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne modyfikacje będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 Pzp. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji a treścią udzielonych odpowiedzi wiążąca jest treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11. Adres strony internetowej Zamawiającego na której zamieszczana jest SIWZ, ogłoszenia oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania w tym odpowiedzi na zadane pytania: **<http://www.nencki.gov.pl>** w zakładce Zamówienia publiczne.

XI. Wymagania i informacje dotyczące wadium.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
na część nr 1) w wysokości 1 000,00 PLN;
na część nr 2) w wysokości 1 000,00 PLN;
na część nr 3) w wysokości 15 000,00 PLN;
na część nr 4) w wysokości 2 000,00 PLN.
2. Wadium wnosi się **przed upływem terminu składania ofert** przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego (księgowania).
3. Formy wniesienia wadium:
 - a) w pieniądzu, przelewem – poprzez wpłatę na rachunek Zamawiającego z dopiskiem „wadium – *(oznaczenie i nazwa postępowania)*” tak, aby wadium znajdowało się na ww. rachunku przed upływem terminu składania wadium. Numer rachunku bankowego Zamawiającego: 33 1130 1017 0013 4337 2320 0057 prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego; informacje dla Wykonawców zagranicznych: ACCOUNT HOLDER: Nencki Institute Of Experimental Biology, BANK DET AILS: BGK, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; ACCOUNT NO IBAN: PL33 1130 1017 0013 4337 2320 0057, SWIFT CODE: GOSKPLPW.
 - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym;
 - c) w gwarancjach bankowych;
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz.U. z 2007 nr 42, poz. 275, ze zm.).
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
 - a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył:
 - dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
 - pełnomocnictw,
 - listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji, że nie należy do grupy kapitałowej,
 - oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 Pzp;

- b) Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w jej treści, co spowodowało brak możliwości wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej;
- c) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie,
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 5. Wadium wnoszone w formach poręczeń i gwarancji musi w swej treści gwarantować bezwarunkową wypłatę pieniędzy na rzecz Zamawiającego w przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w pkt 4 oraz zabezpieczać Ofertę co najmniej przez okres nią związania. Zamawiający wymaga złożenia oryginałów gwarancji bankowych.
- 6. Wadium wnoszone w formach poręczeń i gwarancji, **należy dołączyć do złożonej Oferty** w sposób umożliwiający jego zwrot (w osobnym opakowaniu/koszulce) – dot. składanych w oryginale, **lub złożyć**, we wskazanym terminie, **w osobnej kopercie** z opisem: **WADIUM i oznaczenie postępowania**.
- 7. Zasady zwrotu wadium określają przepisy art. 46 Pzp.
- 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci na rachunek bankowy zleceniodawcy przelewem (wskazany na przelewie lub w Ofercie należy wskazać inny rachunek). Wadium wniesione w formach poręczeń i gwarancji Zamawiający zwróci na adres Wykonawcy za pośrednictwem Poczty Polskiej listem priorytet polecony (Wykonawca, którego oferta została wybrana może odebrać dokument wadialny osobiście).

XII. Termin związania ofertą

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą.

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi zawierać wszystkie informacje wymagane w specyfikacji (**wypełnione Formularze oferty stanowiące** załączniki nr 1 - 6 do SIWZ **lub zawierać informacje tożsame z treścią wypełnionych formularzy**) oraz wszystkie pozostałe wymagane treścią SIWZ dokumenty i oświadczenia (patrz: pkt VI, pkt VII oraz pkt VIII SIWZ), tj. odpowiednio do stanu faktycznego, w skład oferty wchodzi:
 - a) Formularz Szablon oferty.
 - b) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
 - c) Formularz Oświadczenie z art. 22.1 Pzp.
 - d) Formularz Wykaz dostaw część nr ..., wraz z dowodami (dotyczący części postępowania na którą złożono Ofertę).
 - e) Zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy, odpowiednio do części której dotyczy).
 - f) Formularz Oświadczenie z art. 24.1 Pzp.
 - g) Wykonawca krajowy, składa:
 - odpis z KRS/CEIDG;
 - zaświadczenie naczelnika US;
 - zaświadczenie z ZUS/KRUS;
 - informację z KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp;
 - informację z KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp (jeżeli dotyczy);
 - informację z KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 10/11 Pzp;
 - zaświadczenie organu sądowego/administracyjnego z miejsca zamieszkania osób w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy (jeżeli dotyczy).
 - h) Wykonawca zagraniczny składa dokument/dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp –(jeżeli dotyczy);

- zaświadczenie organu sądowego/administracyjnego kraju pochodzenia/zamieszkania osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp;
 - lub zamiast powyższe dokumenty, oświadczenie (jeżeli dotyczy).
 - i) Formularz Oświadczenie z art. 26.2d Pzp.
 - j) Formularz Parametry, część nr ... (dotyczący części postępowania na którą złożono Ofertę).
 - k) Zaświadczenia/Certyfikaty potwierdzające wymagania techniczne, zgodnie z opisem w Formularzu -Parametry (jeżeli złożono ofertę na część nr 3 i/lub na część nr 4).
 - l) Oświadczenia producenta dot. serwisu.
2. Formularze Parametry i Wykaz dostaw (załącznik nr 2 - i nr 4 do SIWZ), należy wypełnić i złożyć odpowiednio dla każdej z części, na którą składana jest oferta.
 3. Wykonawca sporządza ofertę pisemnie pod rygorem nieważności, w sposób czytelny i trwały.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w języku polskim.
 5. **Forma dokumentów** jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków i braku podstaw do wykluczenia i w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
 - a) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.
 - b) Zobowiązania innych podmiotów dotyczące oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia -składane są w oryginale.
 - c) Dokumenty i oświadczenia muszą wykazać spełnienie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert.
 - d) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polska jest wersją wiążącą.
 6. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, oraz przepisami prawa.
 7. Oferta podpisana przez upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego i prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego (składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
 8. Strony Oferty powinny być ponumerowane i zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób zapewniający zachowanie integralności oferty oraz jeżeli są zapisane zostać parafowane/podpisane z pieczęcią imienną przez Wykonawcę.
 9. Ewentualne poprawki dopuszczalne są pod warunkiem, że będą naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
 10. Oferta musi być złożona w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, opisanym w następujący sposób:

Nazwa i adres Wykonawcy;
Nazwa i adres Zamawiającego;
 z opisem:
OFERTA Regał IVC, część nr, znak sprawy: AZP-2401-02/2015

11. Koperta zewnętrzna z logo firmy kurierskiej nie jest opakowaniem oferty w rozumieniu pkt. 10. **Jeżeli Oferta jest przekazywana przesyłką kurierską to należy ją opakować zgodnie z ustaleniami pkt 10 i dopiero umieścić w kopercie firmy kurierskiej.**
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego, pokój nr 29 (Kancelaria IBD), nie później niż do dnia 09.06.2015 r. godz. 12:00.
2. Złożoną ofertę Wykonawca może zmienić lub wycofać przed terminem składania ofert na następujących zasadach:
 - a) powiadomienie o wprowadzonych zmianach należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie, opisanej „**ZMIANA OFERTY**, znak sprawy:” – koperty oznaczone w taki sposób zostaną otwarte wraz z ofertą, której dotyczą i zostaną do niej dołączone;
 - b) powiadomienie o wycofaniu oferty należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie, opisanej „**WYCOFANIE OFERTY**, znak sprawy:” - koperty oznaczone w taki sposób zostaną otwarte najpierw a oferty wycofane nie będą otwierane.

3. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.06.2015 r. godz. 12:15 w IBD, Budynek A, pok. 29/ sala A/ sala B.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące: ceny, okresu gwarancji, warunków płatności, terminu wykonania, innych parametrów, o ile informacje te mają wpływ na ocenę ofert.
8. Otwarcie ofert jest jawne. Na wniosek Wykonawców nieobecnych przy otwarciu ofert Zamawiający przekazuje im informacje, podane podczas otwarcia ofert.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceną oferty częściowej jest cena urządzenia/urządzeń zaoferowanych w odpowiednim do danej części Formularzu – Parametry (załącznik do SIWZ od nr 2.1 do nr 2.4).
2. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Jeżeli zostanie podana w innej walucie Zamawiający w celu oceny oferty przeliczy ją na PLN po kursie NBP obowiązującym na dzień otwarcia ofert.
4. Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu „Szablon oferty” cenę za wykonanie zamówienia bez podatku VAT oraz cenę z naliczonym, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi 23 % podatkiem VAT. Jeżeli zostanie naliczony podatek VAT w preferencyjnej stawce Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia podstaw zastosowania takiej stawki (np.: w przypadku wyrobów medycznych Wykonawca będzie musiał udokumentować dokonanie zgłoszenia wyrobu jako wyrobu medycznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a w przypadku zastosowania preferencyjnej stawki na elementy wchodzące w zakres dostawy wyrobu medycznego uzasadnić ich charakter pomocniczy wobec niego).
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu „Szablon oferty”.
7. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym: Zamawiający dopuszcza rozliczenie:
 - w euro lub w walucie kraju Wykonawcy, z Wykonawcą mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - w dolarach amerykańskich, z Wykonawcą mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej.

Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych z Wykonawcą „krajowym” tj. mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

XVI. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

1. Badanie i ocenę ofert przeprowadza Komisja przetargowa IBD.
 2. Wykonawca musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i wymagania wynikające z przepisów ustawy Pzp. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 3. Oferta podlega odrzuceniu zgodnie z zasadami określonymi w art. 89, ust. 1 Pzp.
- Dla każdej z części zamówienia:
4. Oferty nieodrzucone będą oceniane według następujących kryteriów i wag:

Nr	kryterium oceny	Waga = Punkty
1	Cena	95% = 95 pkt
2	Gwarancja	5% = 5 pkt

5. Stosowanie matematycznych obliczeń stanowi zasadę przy ocenie ofert. Waga danego kryterium równa się maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania.
6. Wybór oferty, w każdej z części zamówienia, dokonany zostanie na podstawie opisanych poniżej wzorów w zaokrągleniu do setnych części punktu.
 - a) Kryterium Cena – w zakresie tego kryterium oceniane będzie zaoferowanie jak najniższej ceny. Oceniane będzie w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez Wykonawcę. Kryterium wyrażone liczbą, przeliczalne, liczone wg wzoru:
Ocena oferty rozpatrywanej = cena najniższa : cena rozpatrywana x 95 pkt
 - b) Kryterium Gwarancja – w zakresie tego kryterium oceniane będzie zaoferowanie gwarancji o długości 36 miesięcy. Kryterium przeliczalne, liczone wg następujących zasad:
 - zaoferowanie minimalnej wymaganej długości (tj. 24 miesięcy) – oferta otrzymuje 0 pkt;
 - zaoferowanie **36 miesięcy** – oferta otrzymuje **5 pkt**;

w przypadku niewskazania oferowanej długości (w pkt 2 Formularza Oferty -Szablon) Zamawiający przyjmie, że zaoferowano długość gwarancji minimalną.
7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, czyli przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans ceny i gwarancji, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
8. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części zamówienia.

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;
 - b) Wykonawcach, którzy złożyli oferty, podając ich nazwy (firmy) siedziby i adresy lub imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresy;
 - c) punktacji przyznanej ofertom w każdym z kryteriów oceny ofert i punktacji łącznej;
 - d) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - e) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - f) terminie po upływie którego może być zawarta umowa.
2. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o trybie zawarcia umowy odrębnym pismem.
3. Zamawiający zamieści informacje wskazane w pkt. 1 lit. a) – c) na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń).
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ci przed zawarciem umowy są zobowiązani, na życzenie Zamawiającego, do dostarczenia umowy regulującej ich współpracę. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 Pzp.

XVIII. Informacje dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy będącym załącznikiem do SIWZ.
2. Umowa zostanie dostosowana do treści oferty wybranego Wykonawcy w zakresie: związanym z udziałem podwykonawców, korzystania z potencjału innych podmiotów, lub realizacją zamówienia siłami własnymi (zapisy wariantowe).
3. Umowa będzie uzupełniana o dane dostosowujące jej treść do odpowiedniej części zamówienia.
4. Zamawiający informuje, że mogą nastąpić zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty najkorzystniejszej (na podstawie której dokonano wyboru), w przypadku:
 - gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – nastąpi dostosowanie jej treści do nowo obowiązujących przepisów;
 - gdy zaistnieją zdarzenia losowe o charakterze siły wyższej lub niezależne od stron okoliczności wynikające z działania osób trzecich, które to okoliczności uniemożliwiają terminowe wykonanie zamówienia – w umowie może zostać odpowiednio zmieniony termin jej realizacji po uprzednim udokumentowaniu przez Strony wystąpienia wskazanych okoliczności.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. W niniejszym postępowaniu, Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy (Pzp), przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (Pzp).
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu do wniesienia odwołania. Terminy wniesienia odwołania określa art. 182 Pzp, m.in.: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (procedury otwartej), także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ), wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz sposób procedowania w postępowaniu toczonym wskutek ich wniesienia określa Dział VI Pzp.

Zamawiający

Dyrektor Instytutu
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych


Dr Anna Buchner-Miskiewicz

.....
(miejscowość, data)

OFERTA

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy/Wykonawców:

.....

Imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem rejestrowym:

.....

*zgodnie z załączonym pełnomocnictwem, w niniejszym postępowaniu Wykonawcę reprezentuje:

.....

Dokument rejestrowy dla Wykonawcy/Wykonawców:

*firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem

*zgłoszony/zgłoszona do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). |

Zarejestrowany adres Wykonawcy/adresy Wykonawców:

ul. nr

kod pocztowy miejscowość

województwo

NIP REGON |

Dane do korespondencji w/s zamówienia publicznego:

faks: |.....|, e-mail |.....@.....| telefon: |.....|,

*inne informacje, np. inny adres |.....|

(w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazwa: Regał IVC z podziałem na 4 pakiety, o oznaczeniu AZP-2401-02/2015 składam niniejszą ofertę na następujące części/część* zamówienia (**wypełnić części DOTYCZĄCE OFEROWANYCH POZYCJI, nie zaoferowane - przekreślić/usunąć**):

Termin wykonania zamówienia: do 56 dni od daty podpisania umowy.

Warunki płatności: płatność po zrealizowaniu zamówienia, w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

część nr 1) -zmywarka do butelek, z koszami do mycia butelek i kapsli, z doposażeniem

1. Cena oferty:

bez podatku VAT: |.....| PLN

stawka 23% podatku VAT: |.....| PLN

cena oferty z podatkiem VAT: |.....| PLN

Cena zawiera wszystkie koszty, za wykonanie przedmiotu zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej Oferty, w zakresie określonym dla tej części w SIWZ.

2. Długość udzielonej gwarancji wynosi:

24 miesiące*

36 miesiące*]

(* **skreślić/usunąć** nie oferowane).

część nr 2) -stacja usuwania ściółki

1. Cena oferty:

bez podatku VAT: [.....] PLN

stawka 23% podatku VAT: [.....] PLN

cena oferty z podatkiem VAT: [.....] PLN

Cena zawiera wszystkie koszty, za wykonanie przedmiotu zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej Oferty, w zakresie określonym dla tej części w SIWZ.

2. Długość udzielonej gwarancji wynosi:

24 miesiące*

36 miesiące*]

(* **skreślić/usunąć** nie oferowane).

część nr 3) -regał IVC

1. Cena oferty:

bez podatku VAT: [.....] PLN

stawka 23% podatku VAT: [.....] PLN

cena oferty z podatkiem VAT: [.....] PLN

Cena zawiera wszystkie koszty, za wykonanie przedmiotu zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej Oferty, w zakresie określonym dla tej części w SIWZ.

2. Długość udzielonej gwarancji wynosi:

24 miesiące*

36 miesiące*]

(* **skreślić/usunąć** nie oferowane).

część nr 4) -stacja wymiany klatek (2 szt.)

1. Cena oferty:

bez podatku VAT: [.....] PLN

stawka 23% podatku VAT: [.....] PLN

cena oferty z podatkiem VAT: [.....] PLN

Cena zawiera wszystkie koszty, za wykonanie przedmiotu zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej Oferty, w zakresie określonym dla tej części w SIWZ.

2. Długość udzielonej gwarancji wynosi:

24 miesiące*

36 miesiące*]

(* skreślić/usunąć nie oferowane).

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Oświadczam, że:

następujące części zamówienia powierzymy podwykonawcom:

.....]

zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców.

(*niepotrzebne skreślić/usunąć)

*Oświadczam, że:

w kopercie/na stronach Oferty nr znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie ich jawności uzasadniam następująco

.....

(*jeżeli niepotrzebne skreślić/usunąć)]

WADIUM

Wadium wnieśliśmy na część/części w wysokości PLN, w formie
....., zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

WYKAZ DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ/FORMULARZY SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ

1.

2.

3.

.....]

Oferta zawiera łącznie zapisanych i ponumerowanych kartek.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ PARAMETRY

Dotyczy: postępowania o udzielenie części zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Regału IVC z podziałem na 4 pakiety, znak sprawy AZP-2401-02/2015

na część nr 1) -zmywarka do butelek, z kosztami do mycia butelek i kapsli, z doposażeniem

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach:

Tabela I Zestawienie techniczno -funkcjonalne

I.p.	Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów i funkcji	Spełnienie wymogu (wypełnia Wykonawca)
A	B	C
1.	Producent	podać
2.	Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2015	tak
	Urządzenie musi zapewniać możliwość mycia: a) butelek o pojemności w zakresie 250 ml -350 ml; b) kapsli do butelek i innych drobnych elementów oraz c) klatek do hodowli myszy;	tak
3	Minimalna wydajność na 1 cykl: a) min. 30 butelek o pojemności w zakresie 250 ml - 350 ml; b) min. 4 klatki do hodowli myszy (spód klatki o powierzchni min. 500 cm ²);	tak
4.	Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia nie mogą być większe niż szer. 850 cm x gł. 850 cm x wys. 230 cm (z otwartymi drzwiami nie więcej niż 140 x 230 mm, z możliwością regulacji $\pm$ 30 mm	Tak, podać wymiary
5	waga: nie większa niż 210 kg	Tak, podać
6	wysokość otworu drzwi (cm): nie mniejsza niż 80	Tak, podać
7	wymiary kosza do mycia-nie mniejsze niż (cm): 70 x 70	Tak, podać
	Konstrukcja: a. Urządzenie wolno stojące, b. Urządzenie musi być wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej c. Urządzenie musi umożliwiać mycie w temperaturze 55°-65°C i płukanie w temperaturze 80-85°C z regulacją elektroniczną temperatury; d. Urządzenie posiada możliwość dezynfekcji termicznej przy min. 90°C; e. Urządzenie zaopatrzone w trzy pompy do detergentów: dla detergentu zasadowego, detergentu kwasowego i detergentu neutralizującego. f. Zmywarka musi umożliwiać ustawienie cykli mycia, w zakresie od min. 120 do max. 720 s.; g. Zmywarka poza programami standardowymi musi mieć możliwość programowania parametrów pracy;	Tak, podać

	h. Musi istnieć możliwość przerwania cyklu pracy w przypadku awarii; i. W momencie otwarcia drzwi praca urządzenia jest automatycznie przerywana; k. Urządzenie musi być zaopatrzone w pompę zwiększającą ciśnienie dopływu wody do mycia i płukania, gwarantującą skuteczność mycia klatek, butelek i innych elementów przy spadku ciśnienia wody sieciowej;	
8	Urządzenie posiada pompę zwiększającą ciśnienie dopływu wody, minimalne wymagane ciśnienie wody, 3 bar	Tak, podać wydajność pompy
9	Wraz z urządzeniem myjącym dostarczone są kosze/wkłady: a).wkłady do mycia min. 30 butelek o objętości w zakresie 250-350 ml, b). kosz na kapsle i inne drobne elementy, c). przewód sieciowy, d). węże dopływu i odpływu wody;	Tak, podać
10	Podłączenie elektryczne: urządzenie musi być dostosowane do zasilania 400 V/ 3N/ 50 Hz; moc nie większa niż 12 kW;	Tak. opisać
11	Możliwość podłączenia do systemu wentylacyjnego pomieszczenia (odprowadzenie ciepła i pary)	tak

Tabela II Zestawienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia

I.p.	Instalacja/Instruktaż/gwarancja/servis -opis	Wymagania
A	B	C
1.	Instruktaż obsługi w ramach dostawy-min 3 godziny dla 10 osób	tak
2.	Okres gwarancji nie krótszy niż 24 m-ce	tak
3.	Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce	Tak (załączyć do oferty oświadczenie dotyczące usług serwisowych)
4.	Czas podjętej naprawy po zgłoszeniu usterki (przyjęcie zgłoszenia-podjęcie naprawy) maksymalnie 24 godziny w dni robocze	tak
5.	Maksymalny czas usunięcia usterki: 5 dni roboczych (wydłużenie naprawy powoduje przesunięcie okresu gwarancji o czas przestoju)	tak
6.	Liczba napraw powodująca wymianę zespołu na nowy: maksymalnie 3	tak
7.	Okres, w którym Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do urządzenia: 10 lat	tak
8.	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i w wersji elektronicznej	Tak, załączyć przy dostawie

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ PARAMETRY

Dotyczy: postępowania o udzielenie części zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Regału IVC z podziałem na 4 pakiety, znak sprawy AZP-2401-02/2015;
część nr 2) -stacja usuwania ściółki

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach:

Tabela I Zestawienie techniczno -funkcjonalne

I.p.	Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów i funkcji	Spełnienie wymogu (wypełnia Wykonawca)
A	B	C
1	Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2015	tak
2.	Dwa poziomy filtracji wstępnej: dwa filtry wstępne klasy min. G4 i jeden filtr workowy klasy min. F7, chroniące filtr HEPA przed większymi zanieczyszczeniami i tym samym przedłużające żywotność filtrów HEPA.	tak, podać parametry filtrów
3	Urządzenie wyposażone w siatki ochronne dla filtrów wstępnych przed większymi zanieczyszczeniami i wydłużające czas życia filtrów wstępnych	tak
4	Urządzenie wyposażone w filtr HEPA klasy min. H14 (o skuteczności filtracji 99,995%)	tak
5	Urządzenie mobilne, na kołach, dwa koła zaopatrzone w hamulec	tak
6.	Możliwość sterylizacji wnętrza stacji	tak
7	Wymiary komory pracy min. 1000 (szer.) x 550 (gł.) x 600 (wys.) mm	Tak, podać wymiary
8.	Wysokość i szerokość dostępu do komory-nie mniejsza niż 550 mm (wysokość) i 850 (szerokość) w pozycji otwartej	Tak, podać wymiary
9.	Obszar roboczy wymiarach min.: 900 x 600 mm, wyposażony w lej redukcyjny ze stali nierdzewnej do odprowadzania wysypywanej ściółki, wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304	Tak, podać wymiary i parametry
10	Wymiary zewnętrzne-nie większe niż szerokość:1300 mm, Wysokość 2200 mm, głębokość: 900 mm	Tak, podać wymiary
11	Przepływ powietrza wydmuchiwanego nie mniejszy niż 1200 m ³ /h (+/- 10%)	Tak, podać parametry
12	Bariera powietrza o średnim przepływie nie mniejszym niż $\geq 0,55$ m/s chroniąca operatora i środowisko przed zanieczyszczeniami, emisją ściółki i alergenów z wnętrza komory	Tak, podać parametry
13	Wbudowany panel kontrolny z wyświetlaczem na wysokości 120-160 cm (wysokość oczu Operatora), umożliwiający sprawdzenie prawidłowości	tak

	przepływu powietrza, sprawdzenie poziomu zużycia filtrów	
14	Stacja wyposażona w kosz polietylenowy o pojemności nie mniejszej niż 60 litrów wraz z wózkiem ze stali nierdzewnej	tak

Tabela II Zestawienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia

I.p.	Instalacja/Instruktaż/gwarancja/serwis -opis	Wymagania
A	B	C
1	Instruktaż obsługi w ramach dostawy-min 3 godziny dla 10 osób	tak
2	Okres gwarancji nie krótszy niż 24 m-ce	tak
3	Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce	Tak (załączyć oświadczenie dotyczące usług serwisowych)
4	Maksymalny czas usunięcia usterki: 5 dni roboczych (wydłużenie naprawy powoduje przesunięcie okresu gwarancji o czas przestoju)	tak
5	Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: maksymalnie 3	tak
6	Okres, w którym Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do urządzenia: 10 lat	tak
7	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i w wersji elektronicznej	tak

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ PARAMETRY

Dotyczy: postępowania o udzielenie części zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Regału IVC z podziałem na 4 pakiety,
 znak sprawy AZP-2401-02/2015
na część nr 3) -regał IVC

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że oferujemy następujący przedmiot zamówienia o parametrach:

1.

System indywidualnie wentylowanych klatek do hodowli myszy (IVC), na łączną liczbę 590-660 klatek dla myszy, z dodatkowym pokrywającym 50% całości kompletem wyposażenia

Tabela I Zestawienie techniczno -funkcjonalne

I.p.	Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów i funkcji	Spełnienie wymogu (wypełnia Wykonawca)
A	B	C
1	Producent	podać
2	Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2015	tak
3	5 kompletnych jednostronnych regałów na klatki indywidualnie wentylowane (minimum 70 klatek na 1 regał) dla myszy. Wymiary regału umożliwiające przejazd w całości przez drzwi o wymiarach 95/196 cm, każdy wyposażony w komplet klatek indywidualnie wentylowanych dla myszy, z dodatkowym pokrywającym 50% całości kompletem wyposażenia	tak, podać wymiary
4	2 kompletne regały dwustronne na klatki indywidualnie wentylowane (minimum 120 klatek na 1 regał) dla myszy, o wymiarach umożliwiających przejazd w całości przez drzwi o wymiarach 95/196 cm. Każdy regał wyposażony w komplet klatek indywidualnie wentylowanych dla myszy, z dodatkowym pokrywającym 50% całości kompletem wyposażenia	tak, podać wymiary
5	Liczba wymian powietrza na godzinę-nie mniej niż 75. Usunięcie części klatek z regału nie wpływa na dystrybucję dostarczanego powietrza w pozostałych klatkach. Wewnątrz każdej klatki w regale liczba wymian powietrza musi znajdować się w przedziale $\pm 15\%$ od średniej wartości wymian powietrza w klatkach, nawet gdy 50% klatek zostanie wyjęta z regału, aby utrzymać wysoki stopień standaryzacji warunków wewnątrz klatki. Urządzenie posiada certyfikaty, potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych wymagań w zakresie wydajności i przepływu powietrza, przez niezależne firmy (TÜV lub inne).	Tak, podać parametry, załączyć do oferty certyfikaty
6	Konstrukcja regału wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304, z nylonowymi prowadnicami umożliwiającymi ciche i pewne położenie klatki w	tak

	regale. Regał zaopatrzony w cztery autoklawowalne kółka, w tym dwa z hamulcem.	
7	Regał wyposażony w dobrze widoczne wskaźniki przy prowadnicach informujące o prawidłowym położeniu klatki w regale.	tak
8	Na regale oznaczenia cyfrowo-literowe rzędów i kolumn, trwale nadrukowane na ramie regału.	tak
9	Przy wprowadzaniu klatki do regału dysze są dociskane, otwierając zawory powietrza zlokalizowane w pokrywie klatki, co zapobiega zanieczyszczeniom krzyżowym.	tak
10	Pionowe przewody wentylacyjne pozwalające na swobodne, grawitacyjne opadanie cząstek ściółki (zapobiegając zapychaniu się przewodów) do głównego, poziomego, przewodu dolnego, który można łatwo oczyścić lub rozłączyć w celu umycia bądź wysterylizowania.	tak
11	Regał połączony z systemem nawiewczo-wyciągowym elastycznymi rurami o przekroju kołowym, co zapobiega przenoszeniu mikrowibracji do klatek i ułatwia ich czyszczenie.	tak
12	Wszystkie rogi dolnego rusztu regału są zaokrąglone, co zapobiega niszczeniu ścian i kontuzjom personelu.	tak
13	Regał umożliwia późniejsze jego wyposażenie w system czujników zlokalizowanych poza klatką zdolnych do wykrycia zalania klatki w przypadku usterki zaworów w automatycznym systemie pojenia. Regał zaopatrzony w sensory powinien być autoklawowalny w 121°C i nadawać się do mycia. System czujników nie powinien w żaden sposób ograniczać procedur mycia i autoklawowania regału. Regał zaopatrzony w system nie powinien pociągać za sobą żadnych dodatkowych operacji demontażu w porównaniu do standardowego regału z klatkami indywidualnie wentylowanymi.	tak
14	Regał umożliwia późniejsze jego wyposażenie w system czujników zlokalizowanych poza klatką zdolnych do: • Określenia lokalizacji klatki na poziomie regału dzięki systemowi RFID; • Wykrycia zalania klatki w przypadku usterki zaworów w automatycznym systemie pojenia; • Monitorowania poziomu zawilgocenia ściółki w klatce; • Monitorowania poziomu karmy w klatce; • Monitorowania poziomu wody w butelce; • Monitorowania aktywności zwierząt w klatce. System czujników powinien być autoklawowalny w 121°C i nadawać się do mycia.	tak

15	Kompletna klatka: • spełnia wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE na utrzymanie 5 myszy o m.c. powyżej 30g • wykonana jest z polisulfonu (możliwość autoklawo-wania spodów klatek i pokryw w temp.134⁰ C), o podstawie prostokąta • jest indywidualnie wentylowana i może być ustawiona w tryb pracy w nadciśnieniu lub podciśnieniu: operator może łatwo to zmienić za pomocą panelu kontrolnego w jednostce nawiewczo-wyciągowej • posiada silikonową uszczelkę znajdującą się w podstawie klatek, gwarantującą szczelność pokrywy z podstawą, z dwoma przyciskami do cichego i łatwego zamykania. Całkowita szczelność i niezawodność zamknięcia klatki bez użycia zatrzasków – zmniejszenie hałasu. • Posiada otwory wlotu i wylotu powietrza umiejscowione w tylnej części pokrywy klatek, nie na poziomie zwierząt, zabezpieczają zwierzęta przed przeciągami, niepotrzebnym stresem i utratą przez nie ciepła. • Otwory wlotu i wylotu powietrza zaopatrzone w samozamykające się zawory wraz z silikonowymi uszczelkami, które zapewniają utrzymanie izolowanego środowiska klatki po wyjęciu jej z regału. • Prędkość przepływu powietrza na wysokości 30 i 50 mm liczonej od spodu klatki niższa niż 0.2 m/s, zgodnie z badaniami i wskazówkami naukowców (posiadany protokół TIZ-BIFO). • Ruszt połówkowy całkowicie wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304 z miejscem na paszę – dla łatwego dostępu do zwierząt bez jego demontażu. • Filtr mikrobiologiczny (0,2 mikrona), wymienny, autoklawowalny, umieszczony w pokrywie klatki spełniający następujące warunki: efektywność filtracji wirusów $\geq 99.999987\%$ oraz efektywność filtracji bakterii $\geq 99.9999937\%$ - odpowiednia wymiana powietrza podczas pracy w nadciśnieniu i podciśnieniu, ochrona personelu i zwierząt podczas obsługi, a także w przypadku awarii zasilania. Certyfikaty niezależnych firm do wglądu. • Filtr mikrobiologiczny przytrzymywany rusztem nylonowym, który posiada zatrzask mocujący do łatwego sprawdzania i wymiany filtra oraz uszczelkę, co dodatkowo wpływa na szczelność klatki. • Pokrywa klatki zaopatrzona w zewnętrzne wgłębienie umożliwiające samo-centrowanie się umieszczanej butelki, co skraca czas procedury	Tak, podać parametry kompletnej klatki
----	--	--

	wymiany klatek. - Otwór na kapsel od butelki posiada płytkę stalową zawieszoną na sprężynie, samozamykającą się po wyjęciu butelki z klatki, co dodatkowo wpływa na szczelność klatki. - Butelka z polisulfonu o pojemności 250-260 ml, zaopatrzona w uszczelkę silikonową, żeby zapewnić dobrą szczelność pomiędzy butelką i kapslem. Zapewnienie braku przecieków i ergonomicznego odkapslowywania. - Pozbawiony spawów kapsel na butelkę z uszczelką silikonową wokół noska, co dodatkowo wpływa na szczelność. Nosek o długości 32-35mm. Kapsel ma kształt stożka, co zwiększa dostępność wody dla zwierząt. - Autoklawowalna tabliczka opisowa wykonana z tworzywa sztucznego, można ją odchyłać do pozycji poziomej do łatwego odczytu i w celu nanoszenia danych. Odpowiednia do pracy zarówno pionowymi jak i poziomymi kartami opisowymi.	
--	--	--

2.

System indywidualnie wentylowanych klatek do hodowli szczurów (IVC), na łączną liczbę minimum 56 klatek dla szczurów, z dodatkowym pokrywającym 50% całości kompletem wyposażenia

Tabela II Zestawienie techniczno -funkcjonalne

I.p.	Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów i funkcji	Spełnienie wymogu (wypełnia Wykonawca)
A	B	C
1.	Producent	podać
2.	Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2015	tak
3	1 kompletny jednostronny regał na klatki indywidualnie wentylowane (min 28 klatek) dla szczurów. Wymiary regału umożliwiające przejazd w całości przez drzwi o wymiarach 95/196 cm, Każdy regał wyposażony w komplet klatek indywidualnie wentylowanych z podwieszonym karmnikiem, z dodatkowym pokrywającym 50% całości (28 szt) kompletem wyposażenia.	Podać wymiary
4.	Kompletna klatka : - spełnia wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE na utrzymanie szczurów o m.c. do 600g - posiada prostokątny spód ze skośnymi ściankami z polisulfonu - posiada ruszt połówkowy ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304	Tak, podać parametry kompletnej klatki

	umożliwiający dostęp do zwierząt bez jego demontażu. Ruszt zaopatrzony w otwór do wpuszczania karmnika do wnętrza klatki. • Posiada karmnik wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304, przeznaczony do wpuszczenia do wnętrza klatki. Karmnik podwieszany, sięgający 1-2 cm do podłogi. Montaż karmnika wewnątrz klatki uniemożliwia przechodzenie zwierząt pod nim a także dostawanie się ściółki do karmy i jej zanieczyszczenia. • Posiada pokrywę z polisulfonu z filtrem mikrobiologicznym; otwory wlotu i wylotu powietrza umiejscowione w tylnej części pokrywy klatek, nie na poziomie zwierząt, zabezpieczające zwierzęta przed przeciągami, niepotrzebnym stresem i utratą przez nie ciepła. • Posiada 2 butelki z polisulfonu o poj. 310-330 ml każda, z uszczelką silikonową /idealna szczelność na łączeniu butelka-klatka/ i ze stożkowym kapslem stalowym o nosku dł. 62-65 mm i średnicy otworu 2,0-2,2 mm • Posiada autoklawowalną tabliczkę opisową, wykonana z tworzywa sztucznego, można ją odchyłać do pozycji poziomej do łatwego odczytu i w celu nanoszenia danych. Odpowiednia do pracy zarówno pionowymi jak i poziomymi kartami opisowymi.	
5.	1 kompletny jednostronny regał na klatki indywidualnie wentylowane (min 28 klatek) dla szczurów, z możliwością utrzymywania myszy. Wymiary umożliwiające przejazd przez drzwi o wymiarach 95/196 cm, Regał wyposażony w komplet klatek indywidualnie wentylowanych dla szczurów dostosowany również do utrzymania myszy, z dodatkowym pokrywającym 50% całości kompletem wyposażenia.	Tak, podać wymiary
6.	Kompletna klatka: • spełnia wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE na utrzymanie szczurów o m.c. do 600g • posiada prostokątny spód klatki ze skośnymi ściankami z polisulfonu ; • posiada ruszt pełen ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304, z miejscem na pokarm i butelki; • posiada pokrywę z polisulfonu z filtrem mikrobiologicznym; otwory wlotu i wylotu powietrza umiejscowione w tylnej części pokrywy klatek, nie na poziomie zwierząt, zabezpieczają zwierzęta przed przeciągami, niepotrzebnym stresem i utratą przez nie ciepła. • Posiada 2 butelki z polisulfonu o poj. 310-330 ml każda, z uszczelką silikonową /idealna szczelność na łączeniu butelka-klatka/ i ze stożkowym kapslem stalowym o nosku dł. 62-65 mm i średnicy otworu 2,0-2,2 mm • Posiada tabliczka opisowa z nylonu utwardzanego włóknem szklanym,	Tak, podać parametry

	pozioma; • Posiada autoklawowalna tabliczkę opisową, wykonana z tworzywa sztucznego, można ją odchylać do pozycji poziomej do łatwego odczytu i w celu nanoszenia danych. Odpowiednia do pracy zarówno pionowymi jak i poziomymi kartami opisowymi.	
7.	Regał połączony z systemem nawiewczo-wyciągowym elastycznymi rurami o przekroju kołowym co zapobiega przenoszeniu mikro wibracji do klatek i ułatwia ich czyszczenie	tak
8.	Regał wyposażony we wskaźniki przy prowadnicach informujące o prawidłowym położeniu klatki w regale	tak
9.	Pionowe przewody powietrzne, pozwalają spadać grawitacyjnie cząstkom ściółki na spód przewodu, gdzie mogą być z łatwością usuwane.	Tak
10.	Struktura regału w całości ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304. Prowadnice z nylonu montowane bez pomocy śrub, co zmniejsza ciężar całego regału.	Tak
11.	Regał posiada możliwość demontowania stałych przewodów poziomych i pionowych oraz przewodów wentylacyjnych (łatwość czyszczenia i dezynfekcji/sterylizacji regału)	Tak
12.	Czas bezpiecznego dla zwierząt odłączenia regału hodowlanego od źródła zasilania (np. na czas mycia lub awarii zasilania) – 8 godzin	Tak, podać czas

3.
System indywidualnie wentylowanych klatek do hodowli szczurów (IVC), na łączną liczbę minimum 80 klatek dla szczurów, z dodatkowym pokrywającym 50% całości kompletem wyposażenia

Tabela III Zestawienie techniczno -funkcjonalne

I.p.	Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów i funkcji	Spełnienie wymogu (wypełnia Wykonawca)
A	B	C
1.	Producent	podać
2.	Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2015	tak
3.	4 kompletne jednostronne regały na klatki indywidualnie wentylowane (min 20 klatek na 1 regał) dla szczurów. Wymiary umożliwiające przejazd całego regału przez drzwi o wymiarach 95/196cm. Każdy regał wyposażony w komplet klatek indywidualnie wentylowanych dla szczurów, z dodatkowym pokrywającym 50% całości kompletem wyposażenia.	Tak, podać wymiary
4.	Konstrukcja regału wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304, z nylonowymi prowadnicami umożliwiającymi ciche i pewne położenie klatki w regale. Regał zaopatrzony w cztery autoklawowalne kółka, w tym dwa z	Tak

	hamulcem, łatwy do przestawiania.	
5.	Regał wyposażony w widoczne wskaźniki przy prowadnicach informujące o prawidłowym położeniu klatki w regale.	tak
6.	Wyjęcie części klatek z regału nie wpływa na dystrybucję dostarczanego powietrza w pozostałych klatkach.	tak
7.	Możliwość demontażu głównych, poziomych przewodów wentylacyjnych (górny i dolny) bez konieczności używania narzędzi.	tak
8.	Pionowe przewody wentylacyjne pozwalające na swobodne, grawitacyjne opadanie cząstek ściółki (zapobiegając zapychaniu się przewodów) do głównego, poziomego, przewodu dolnego, łatwość oczyszczenia, umycia i wysterylizowania.	tak
9.	Regał połączony z systemem nawiewczo-wyciągowym giętkimi rurami o przekroju kołowym, co zapobiega przenoszeniu mikro-wibracji do klatek i ułatwia ich czyszczenie.	tak
10.	Wszystkie rogi dolnego rusztu regału są zaokrąglone, co zapobiega niszczeniu ścian i kontuzjom personelu.	tak
11.	Kompletna klatka: - spełnia wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE na utrzymanie do 6 szczurów o m.c. 200 – 300 g - posiada spód klatki symetryczny, wykonany z polisulfonu – możliwość autoklawowania w 134°C - posiada ruszt ze stali nierdzewnej z miejscem na pokarm i zewnętrzną butelkę, zaopatrzony w nylonową uszczelkę - posiada pokrywę wykonaną z polisulfonu-możliwość autoklawowania w 134°C, z wgłębieniem na butelkę, z autoklawowalnym filtrem mikrobiologicznym 0,2 mikrona zapewniającym ochronę mikrobiologiczną zarówno zwierząt jak i obsługi, z nylonowymi zatrzaskami, z otworami wlotu i wylotu powietrza. Otwory wlotu i wylotu powietrza umiejscowione w tylnej części pokrywy klatek, nie na poziomie zwierząt, (zabezpieczenie zwierząt przed przeciągami, niepotrzebnym stresem i utratą przez nie ciepła). - butelka z polisulfonu – możliwość autoklawowania w 134°C, o pojemności 680- 700 ml z uszczelką silikonową - kapsel ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 316 o nosku długości 62-65 mm i średnicy otworu 2,0-2,2 mm Posiada autoklawowalną tabliczkę opisową, wykonana z tworzywa sztucznego, można ją odchyłać do pozycji poziomej do łatwego odczytu i w celu nanoszenia danych. Odpowiednia do pracy zarówno pionowymi jak i poziomymi kartami opisowymi.	Tak, podać parametry

12.	Prędkość przepływu powietrza we wnętrzu klatki niższa niż 0.2 m/s, zgodnie z badaniami i wskazówkami naukowców (posiadany protokół TIZ-BIFO).	tak
-----	---	-----

4.

System nawiewczo-wyciągowy przeznaczony do regałów IVC dla myszy i szczurów (7 jednostek uniwersalnego systemu nawiewczo – wyciągowego) kompatybilny do regałów systemu indywidualnie wentylowanych klatek do hodowli myszy i szczurów (IVC) opisanych w punktach 1, 2, 3.

Tabela IV Zestawienie techniczne -funkcjonalne

I.p.	Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów i funkcji	Spełnienie wymogu (wypełnia Wykonawca)
A	B	C
1.	Producent	podać
2.	Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2015	tak
3.	zasilanie 230V/50Hz.	tak
4.	Wymiary systemu nawiewczo – wyciągowego umożliwiające przejazd całego regału przez drzwi o wymiarach 95/196 cm	Tak, podać wymiary
5.	System umożliwia dostarczenie przefiltrowane filtrami HEPA powietrze z minimum 75 wymianami powietrza w ciągu godziny w każdej indywidualnie wentylowanej klatce.	tak
6.	System nawiewczo-wyciągowy wyposażony w filtry wstępne klasy G4 i filtry HEPA klasy H14 na wejściu i wyjściu obiegu powietrza z systemu.	tak
7.	System musi być dostarczony z certyfikatem DOP filtrów HEPA (wlotowego i wyciągowego) szczelności zarówno dla jednostki zasilającej jak i wyciągowej.	Tak, dostarczyć certyfikaty
8.	Do jednostki nawiewczo-wyciągowej można podłączyć 4 regały jednostronne lub 2 regały dwustronne, z opcją ustawienia ilości i typu stosowanych klatek poprzez panel kontrolny.	tak
9.	System nawiewczo-wyciągowy wolnostojący	tak
10.	Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304, z przednim panelem ochronnym wykonanym z tworzywa, odporne na chemikalia.	tak
11.	System nawiewczo-wyciągowy osadzony na stalowych rolkach z kółkami nylonowymi utwardzanymi włóknem szklanym (dwa z hamulcem) do łatwego przesuwania.	tak
12.	System nawiewczo - wyciągowy sterowany mikroprocesorem.	tak
13.	System nawiewczo-wyciągowy wyposażony w dotykowy panel sterujący	Tak
14.	Możliwość odczytu temperatury i wilgotności.	Tak
15.	System nawiewczo-wyciągowy posiadający po jednym wentylatorze niskonapięciowym (24V) do każdego modułu (do zasilania i wyciągu powietrza).	Tak
16.	Maksymalne zapotrzebowanie na moc: 0,1 kW przy podłączeniu 4 regałów.	tak
17.	Możliwość pracy w nadciśnieniu i podciśnieniu.	tak

18.	Część wyciągowa powietrza zaopatrzona w szufladę na cząstki ściółki zatrzymane na filtrze wstępnym.	tak
19.	Niski poziom hałasu do 50dB.	Tak, podać poziom hałasu
20.	Łatwość dostępu do filtrów i ich wymiany, bez użycia dodatkowych narzędzi.	tak
21.	Możliwość bezpośredniego podłączenia do systemu wentylacyjnego pomieszczenia.	Tak
22.	Sygnalizacja nieprawidłowości pracy systemu – na panelu wyświetlany symbol odpowiedniego alarmu. Alarmy: - min i max przepływ powietrza dla skrzynki zasilającej, - min. i max . przepływ powietrza dla skrzynki wyciągowej, - max i min temperatura, - max i min. wilgotność, - konieczność wymiany filtra HEPA na zasilaniu i wyciągu.	tak
23.	Jednostka ma możliwość doposażenia w bezprzewodowy system przekazywania informacji alarmowych.	tak
24.	Parametry pracy systemu nawiewczo-wyciągowego potwierdzone certyfikatami np.TUV.	Tak, załączyć certyfikaty
25.	Producent powinien być zewnętrznie, niezależnie audytowany i certyfikowany tak, aby spełniał wymogi ISO 9001 (jakościowy system zarządzania) oraz ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego).	tak

5.

Zestawienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 1.**Tabela V** Zestawienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia

I.p.	Instalacja/Instruktaż/gwarancja/serwis -opis	Wymagania
A	B	C
1	Instruktaż obsługi w ramach dostawy-min 3 godziny dla 10 osób	tak
2	Okres gwarancji nie krótszy niż 24 m-ce	tak
3	Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce	Tak (załączyć oświadczenie dotyczące usług serwisowych)
4	Maksymalny czas usunięcia usterki: 5 dni roboczych (wydłużenie naprawy powoduje przesunięcie okresu gwarancji o czas przestoju)	tak
5	Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: maksymalnie 3	tak
6	Okres, w którym Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do urządzenia: 10 lat	tak

7	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i w wersji elektronicznej	tak
---	---	-----

6.

Zestawienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia opisanego w punktach 2, 3, 4.

Tabela VI Zestawienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia

I.p.	Instalacja/Instruktaż/gwarancja/serwis -opis	Wymagania
A	B	C
1.	Instruktaż obsługi w ramach dostawy-min 3 godziny dla 10 osób	tak
2.	Okres gwarancji nie krótszy niż 24 m-ce	tak
3.	Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce	Tak (załączyć oświadczenie dotyczące usług serwisowych)
4.	Czas podjętej naprawy po zgłoszeniu usterki (przyjęcie zgłoszenia-podjęcie naprawy) maksymalnie 24 godziny w dni robocze	tak
5.	Maksymalny czas usunięcia usterki: 5 dni roboczych (wydłużenie naprawy powoduje przesunięcie okresu gwarancji o czas przestoju)	tak
6.	Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: maksymalnie 3	tak
7.	Okres, w którym Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do urządzenia: 10 lat	tak
8.	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i w wersji elektronicznej	tak

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ PARAMETRY

Dotyczy: postępowania o udzielenie części zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Regału IVC z podziałem na 4 pakiety, znak sprawy AZP-2401-02/2015;

część nr 4) - stacja wymiany klatek (2 szt.)

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach:

Tabela I Zestawienie techniczno -funkcjonalne

I.p.	Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów i funkcji	Spełnienie wymogu (wypełnia Wykonawca)
A	B	C
1.	Producent	podać
2.	Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2015	tak
3.	Stacje wymiany klatek zapewniające ochronę pracowników przed cząstkami brudu, kurzem i alergenami z jednoczesną ochroną zwierząt przed zanieczyszczeniami i zakażeniami, poprzez zminimalizowanie kontaktu z zanieczyszczeniami przenoszonymi drogą powietrzną, co zapewnia ochronę środowiska	Tak, podać stopień zabezpieczenia
4.	Dwustronny dostęp z 360° kątem otwarcia powierzchni roboczej	tak
5.	Powietrze wchodzące i wychodzące jest filtrowane przez filtry wstępne (G4), a następnie przez filtry HEPA H14, zapewniając w komorze powietrze o klasie czystości ISO5 zgodnie z ISO 14644-1.	Tak, dołączyć certyfikat do oferty
6.	Każdy filtr HEPA jest testowany pod kątem integralności za pomocą testu DOP	przy dostawie dostarczyć certyfikat
7.	Szybkość przepływu powietrza kontrolowana poprzez mikroprocesor, z automatyczną kompensacją szybkości przepływu w celu utrzymania bezpiecznych warunków przez cały czas pracy.	tak
8.	Panel kontrolny usytuowany na wysokości 120-160 cm (poziom oczu Operatora), z wykresem przepływu powietrza do łatwego monitorowania warunków pracy	tak
9.	Akustyczny i wizualny system alarmujący w sytuacji przekroczenia zadanych parametrów pracy: Szybkość przepływu laminarnego (LAF). Szybkość przepływu powietrza w kurtynie Wydajność filtrów (zapychanie).	tak
10.	Lampy fluorescencyjne zamocowane na zewnątrz powierzchni roboczej po prawej i lewej stronie oraz dwa gniazda zasilające.	tak
11.	Powierzchnia robocza wykonana z tworzywa sztucznego : autoklawowalne, nierysujące się, absorbujące dźwięk, co pozwala na zredukowanie hałasów mogących wpływać na zachowanie gryzoni .	tak
12.	Możliwość konfiguracji ustawienia blatu roboczego w pozycji	tak

	płaskiej lub zagłębionej (co ułatwia pracę np. ze szczepami myszy typu „popcorn” i klatkami dla szczurów)	
13.	Siatka ochronna zapobiega zatykaniu się wyciągowego filtra wstępnego przez ściółkę i cząsteczki kurzu, co w rezultacie przedłuża wydajność i czas pracy filtrów HEPA	tak
14.	Wymowany zbiornik na odpady w celu wydajnego usuwania i opróżniania ściółki i cząsteczek pokarmu zgromadzonych poniżej powierzchni roboczej	tak
15.	Zdejmowany blat roboczy i górny ruszt w celu ułatwienia czyszczenia	tak
16.	Elektrycznie ustawiana wysokość powierzchni roboczej - automatyczna hydrauliczna regulacja wysokości blatu roboczego	tak
17.	Podajnik karmy z łopatkami do nabierania	tak
18.	Uchwyt stalowy do pokryw na klatki	tak
19.	Bezdotykowy system wyposażony w rozpylacz roztworu alkoholowego do dezynfekcji rąk z automatycznie uruchamianymi dyszami spryskującymi	tak
20.	Wielkość urządzenia umożliwiająca przejazd w całości przez drzwi o wymiarach 95/196 cm	Podać wymiary
21.	Powierzchnia robocza nie mniejsza niż 0,6 m ² , Wysokość komory nie mniejsza niż 60 cm, wysokość dostępu do komory-nie mniejsza niż 32 cm.	Podać wymiary
22.	Urządzenie wyposażone w 4 kółka z hamulcami	tak
23.	Poziom głośności nie większy niż 65 dB	Tak, podać
24.	Posiada test poziomu hałasu i intensywności oświetlenia	przy dostawie dostarczyć certyfikat
25.	Posiada test LAF (min 9 różnych punktów pomiarowych)- średni przepływ laminarny powietrza nie mniejszy niż 0.35 m/s w całym wnętrzu komory	Tak, przy dostawie dostarczyć certyfikat z pomiarem
26.	Producent zewnętrznie, niezależnie audytowany i certyfikowany, posiada certyfikat ISO 9001 (jakościowy system zarządzania) oraz ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego)	Tak, załączyć certyfikaty

Tabela II Zestawienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia

I.p.	Instalacja/Instruktaż/gwarancja/serwis -opis	Wymagania
A	B	C
1.	Instruktaż obsługi w ramach dostawy-min 3 godziny dla 10 osób	tak
2.	Okres gwarancji nie krótszy niż 24 m-ce	tak
3.	Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce	Tak (załączyć oświadczenie dotyczące usług serwisowych)
4.	Czas podjętej naprawy po zgłoszeniu usterki (przyjęcie zgłoszenia-podjęcie naprawy) maksymalnie 24	tak

	godziny w dni robocze	
5.	Maksymalny czas usunięcia usterki: 5 dni roboczych (wydłużenie naprawy powoduje przesunięcie okresu gwarancji o czas przestoju)	tak
6.	Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: maksymalnie 3	tak
7.	Okres, w którym Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do urządzenia: 10 lat	tak
8.	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i w wersji elektronicznej	tak

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

z art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU

Dotyczy: postępowania o udzielenie części zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Regału IVC z podziałem na 4 pakiety, znak sprawy AZP-2401-02/2015

Miejscowość [.....] Data: [.....]

Nazwa Wykonawcy: [.....]

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

WYKAZ DOSTAW, część nr

Dotyczy: postępowania o udzielenie części zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Regału IVC z podziałem na 4 pakiety, znak sprawy AZP-2401-02/2015

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poniżej przedstawiam wykaz dostaw spełniających postawiony przez Zamawiającego warunek, do których zostały załączone dowody należytego zrealizowania.

Lp	nazwa i adres wykonawcy dostawy dot. podmiotów trzecich (kolumna wypełniana w przypadku jeżeli dotyczy)	nazwa i adres odbiorcy	Całkowita wartość brutto	Opis przedmiotu zamówienia	Daty wykonania	
					Początek	Koniec
A	B	C	D	E	F	G
1						
2						

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

z art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie części zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Regału IVC z podziałem na 4 pakiety, znak sprawy AZP-2401-02/2015

Miejsowość: Data:

Nazwa Wykonawcy:

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień publicznych, o treści:

„Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) uchylony
- 1a) uchylony
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których zarządzającego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub zarządzającego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.”

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

z art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo zamówień publicznych
o przynależności albo jej braku do grupy kapitałowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie części zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Regału IVC z podziałem na 4 pakiety, znak sprawy AZP-2401-02/2015

Miejscowość Data:

Nazwa Wykonawcy:

(* wypełnić poz. 1 lub 2)

1.

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że

***nie należymy** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

.....
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

2.

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że

***należymy** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

i poniżej składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1.		
2.		
3.		
....		

.....
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)



UMOWA nr IBD-2401-02/.../2015

zawarta w dniu ... 2015 roku w Warszawie, pomiędzy
Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, wpis w Rejestrze Instytutów Naukowych Polskiej Akademii Nauk nr RIN-II-21/98, NIP 525 000 92 69 REGON 000325825, reprezentowanym przez:

- Prof. dr hab. Adama Szewczyka – Dyrektora Instytutu,
- Hannę Michalską - Głównego Księgowego,

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

-

zwaną dalej **Wykonawcą**.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie części zamówienia publicznego na dostawę, w trybie: przetargu nieograniczonego z dopuszczeniem składania ofert częściowych; finansowanie: Fundusze UE, program pt. „Wzrost innowacyjności Mazowsza poprzez budowę zintegrowanych stanowisk do badań przedklinicznych z udziałem radiofarmaceutyków" nr RPMA.01.01.00-14-025/10; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), została zawarta Umowa o następującej treści;

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej Umową) jest sprzedaż (uzupełnienie, zgodnie z nazwą części nr 1, nr 2, nr 4), zwanego dalej urządzeniem.

Wariantowo, zapis dla części nr 3 ma brzmienie:

Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej Umową) jest sprzedaż:

- a) systemu indywidualnie wentylowanych klatek do hodowli myszy (IVC), na łączną liczbę 590-660 klatek dla myszy, z dodatkowym pokrywającym 50% całości kompletem wyposażenia;
- b) systemu indywidualnie wentylowanych klatek do hodowli szczurów (IVC), na łączną liczbę minimum 56 klatek dla szczurów, z dodatkowym pokrywającym 50% całości kompletem wyposażenia
- c) systemu indywidualnie wentylowanych klatek do hodowli szczurów (IVC), na łączną liczbę minimum 80 klatek dla szczurów, z dodatkowym pokrywającym 50% całości kompletem wyposażenia;
- d) systemu nawiewczo -wyciągowego przeznaczonego do regałów IVC dla myszy i szczurów (7 jednostek uniwersalnego systemu nawiewczo –wyciągowego) kompatybilnego do regałów systemu indywidualnie wentylowanych klatek do hodowli myszy i szczurów (IVC), opisanych w lit. a, b i c;

zwanym dalej urządzeniem.

2. Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustaleniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej (SIWZ) przez Zamawiającego i Oferty Wykonawcy z dnia
3. W ramach dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a) ubezpieczenia dostawy;
 - b) dostarczenia urządzenia do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego;
 - c) instalacji urządzenia;
 - d) przeprowadzenia instruktarzu z obsługi -nie mniej niż trzy godziny dla 10 pracowników Zamawiającego w jego siedzibie;
 - e) dostarczenia wraz z urządzeniem instrukcji obsługi w języku polskim (w formie papierowej i w wersji elektronicznej) oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do użytkowania urządzenia.
 - f) (zapis obowiązuje dla części nr 3 i nr 4, z części nr 1 i nr 2 zostanie wykreślony): dostarczenia wraz z urządzeniem dokumentów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w Formularzu Oferty -Parametry (załącznik nr 1 do Umowy).
 - g) zapewnienia autoryzowanego przez producenta urządzenia serwisu, w trakcie i po wygaśnięciu okresu gwarancji.



4. Wykonawca oświadcza, że profesjonalnie zajmuje się działalnością, której dotyczy niniejsza umowa i zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz na ustalonych Umową warunkach.

§ 2

Termin wykonania

1. Strony ustalają następujący termin realizacji: realizacja całości zamówienia nastąpi w ciągu 56 dni od daty podpisania Umowy.
2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym nastąpiło wydanie urządzenia. Wydanie nastąpi po dokonaniu przez Wykonawcę montażu, instalacji, uruchomieniu, po przeprowadzeniu testu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu szkolenia i po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu odbioru (sporządzonego przez Wykonawcę) przez przedstawiciela Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych lub uszkodzonych w wyniku transportu części lub całości urządzenia i ich wymiany na własny koszt.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie zgodne z ceną ofertową, w kwocie netto zł powiększonej o podatek VAT tj. w kwocie brutto zł (słownie: ...)
2. Powyższa kwota jest stała i nie podlega waloryzacji.

§ 4

Warunki płatności

1. Faktura nie może być wystawiona wcześniej niż w dniu zakończenia realizacji przedmiotu umowy potwierdzonej Protokołem odbioru bez zastrzeżeń, podpisanym przez obie Strony.
2. Do faktury oznaczonej numerem umowy Wykonawca dołączy kopię Protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Wariantowo:

W przypadku realizowania zamówienia przy udziale podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do protokołu odbioru dołączone musi zostać potwierdzenie zapłaty/dowód przelewu wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.

3. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Strony Umowy oświadczają, że są podatnikami VAT uprawnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

§ 5

Warunki gwarancji i serwisu

1. Wykonawca zapewni miesięczny okres gwarancji na wszystkie elementy wchodzące w skład urządzenia.
2. Wykonawca, po wygaśnięciu okresu gwarancji, zapewni 10 letni okres dostępności do części zamiennych urządzenia.
3. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania Protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
4. W przypadku przerw w eksploatacji urządzenia spowodowanych czasem naprawy gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju.
5. Podczas trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) dokonywania napraw w siedzibie Zamawiającego a w przypadku zaistnienia konieczności naprawy w serwisie lub u producenta - do transportu urządzenia lub jego elementów na koszt własny;
 - b) (zapis obowiązuje dla części nr 1 i części nr 4 i części nr 3 dla urządzenia z lit. b), c), d); zostanie wykreślony z części nr 2 i nie obowiązuje w części nr 3 dla urządzenia z lit. a) czasu reakcji serwisu (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy): maksymalnie 24 godziny (w dni robocze) od momentu zgłoszenia usterki telefonicznie lub faksem lub pocztą elektroniczną;
 - c) dokonywania napraw niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych;



- d) wymiany niesprawnego zespołu/elementu urządzenia na nowy – po 3 naprawach danego elementu;
- e) zapewnienia całościowego przeglądu elementów urządzenia wg warunków producenta na 1 miesiąc przed upływem terminu obsługi serwisowej.

§ 6

Obowiązki Stron

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy spełniający europejskie wymagania jakościowe, fabrycznie nowy będący produktem oryginalnym, nie regenerowanym.
2. Co najmniej na 5 dni przed przewidywanym terminem dostarczenia urządzenia, Wykonawca powiadomi osobę odpowiedzialną za realizację postanowień Umowy po stronie Zamawiającego, o dacie jego dostarczenia oraz w momencie dostarczenia zgłosi dostawę do Działu Zaopatrzenia, (parter, pokój nr 37).
3. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania urządzenia (z zastrzeżeniem ustaleń §11 ust. 2 umowy) i zapłaty umówionej ceny po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z §2 ust. 2 niniejszej umowy.
4. Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania pomieszczenia do instalacji najpóźniej w terminie daty dostarczenia urządzenia.
5. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania obowiązków przez pracowników Wykonawcy oraz osób współpracujących z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 7

Osoby odpowiedzialne

Strony postanawiają, że odpowiedzialnymi za realizację postanowień Umowy a w szczególności do podpisywania protokołów, o których mowa w jej treści są:

- ze Strony Zamawiającego: , nr telefonu 0-22 589 , nr faks: 22 822 53 42, e-mail:
- ze Strony Wykonawcy: , nr telefonu nr faks....., e-mail:

§ 8

Kary

1. Za niewykonane lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych:
 - a) w razie opóźnień w realizacji przedmiotu umowy - w wysokości (dla części nr 1 i nr 2: 0,25%; dla części nr 3: 0,03%; dla części nr 4: 0,2%) ... ceny netto (bez podatku VAT) określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż (dla części nr 1 i nr 2: 20%; dla części nr 3: 5%; dla części nr 4: 10%) ... wynagrodzenia netto (bez podatku VAT).
 - b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości (dla części nr 1 i nr 2: 20%; dla części nr 3: 5%; dla części nr 4: 10%) wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), określonego w § 3 ust. 1 Umowy,
 - c) za opóźnienia w usunięciu wad urządzenia ujawnionych w chwili dostawy, instalacji i okresie gwarancji - w wysokości (dla części nr 1 i nr 2: 0,25%; dla części nr 3: 0,03%; dla części nr 4: 0,2%) ... ceny bez podatku VAT określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego po uzgodnieniach między Stronami na ich usunięcie, jednak nie więcej niż (dla części nr 1 i nr 2: 20%; dla części nr 3: 5%; dla części nr 4: 10%) ... wynagrodzenia netto (bez podatku VAT).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
 - a) w przypadku zwłoki w zapłacie prawidłowo wystawionej faktury VAT - odsetki ustawowe,
 - b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - karę umowną w wysokości (dla części nr 1 i nr 2: 20%; dla części nr 3: 5%; dla części nr 4: 10%) ... ceny netto (bez podatku VAT) określonej w § 3 ust. 1 z wyłączeniem okoliczności określonych w §11 ust. 1 niniejszej Umowy.
3. W przypadku nie przygotowania przez Zamawiającego pomieszczenia do instalacji przedmiotu umowy w chwili jego dostarczenia, Strony dokonają w najbliższym możliwym terminie protokolarnego przekazania pomieszczeń. Wówczas ewentualne kary umowne określone w ust. 1 lit. a mogą być naliczane przez Zamawiającego od dnia protokolarnego przekazania pomieszczenia

- instalacyjnego serwisowi Wykonawcy do przeprowadzenia czynności instalacyjnych.
4. Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowań uzupełniających przewyższających zastrzeżone kary umowne.
 5. Odpowiedzialność Stron wynikającą z niniejszej umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
 6. W sytuacji siły wyższej Strony poinformują się natychmiast o jej zaistnieniu w celu rozpatrzenia możliwości realizacji bądź rozwiązania Umowy.

§ 9

Podwykonawcy

Wykonawca oświadcza, że całość Przedmiotu umowy wykona siłami własnymi (bez udziału podwykonawców).

Wariantowo:

1. Wykonawca oświadcza, że następujące części Przedmiotu umowy powierzy podwykonawcom:
.....
2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami:
 - a) takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego;
 - b) analogicznego zakresu odpowiedzialności za wady, jak odpowiedzialność za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego;
 - c) takiego terminu zapłaty, aby był on wcześniejszy niż termin zapłaty za wykonane zamówienie dla Wykonawcy przez Zamawiającego.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania Podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy.

§ 10

Podmioty inne/trzecie

Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji postanowień niniejszej Umowy nie będzie korzystał z zasobów innych podmiotów/podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy -Prawo zamówień publicznych.

Wariantowo:

1. Wykonawca podczas realizacji postanowień niniejszej umowy polega na zasobach innych podmiotów (nazwa, adres:), zgodnie ze zobowiązaniem podmiotu trzeciego stanowiącym załącznik do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego, o każdym przypadku cofnięcia zobowiązania innego podmiotu, albo nienależytego wywiązania się tego podmiotu z przyjętych względem Wykonawcy zobowiązań.
3. Podmiot wskazany w pkt 1 odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek niedostępnienia zasobów, chyba że jest w stanie wykazać brak winy.

§ 11

Zmiany

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, stosownie do postanowień art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia w inne miejsce niż miejsce instalacji /umieszczenia w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający może odmówić jego odbioru i odesłać urządzenie na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:
 - a) Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań opisanych w §1 ust. 3 Umowy, jeżeli uchybienie nie zostanie usunięte na pisemne wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
 - b) Wariantowo: Wykonawca nie poinformował Zamawiającego, zgodnie z ustaleniami §10 pkt 2 Umowy o cofnięciu (wypowiedzeniu), albo o nienależytym wywiązaniu się z zobowiązania innego podmiotu (faktycznym przerwaniu wykonywania zobowiązania).



4. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Zamawiający bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru działającego urządzenia po uprzednim wezwaniu Zamawiającego i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu do dokonania odbioru.
5. Stosownie do ustaleń art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy mogą nastąpić, po uzgodnieniach między Stronami, w przypadku:
 - a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – nastąpi dostosowanie jej treści do nowo obowiązujących przepisów;
 - b) gdy zaistnieją zdarzenia losowe o charakterze siły wyższej lub niezależne od stron okoliczności wynikające z działania osób trzecich, które to okoliczności uniemożliwiają terminowe wykonanie zamówienia – w umowie może zostać odpowiednio zmieniony termin jej realizacji po uprzednim udokumentowaniu przez Stronę wystąpienia wskazanych okoliczności.

§ 12

Pozostałe informacje

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, znaków ochronnych itp., odnoszących się do zastosowanych rozwiązań urządzenia, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadkach w niej nieuregulowanych ustawy Kodeks cywilny.
3. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powstania sporu, przekażą na drogę postępowania sądowego do właściwego miejscowo sądu powszechnego dla siedziby Zamawiającego. Właściwość rzeczowa zostanie określona według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w zależności od wartości przedmiotu sporu.
4. Dniem zawarcia Umowy jest data złożenia podpisów przez Zamawiającego.
5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Załączniki:

[dla części nr 3 i nr 4](#): 1. Formularz Parametry -kopia stron z Oferty Wykonawcy.

[Wariantowo](#): 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (innego)

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY