



Dot. projektu pt. „Wzrost innowacyjności Mazowsza poprzez budowę zintegrowanych stanowisk do badań przedklinicznych z udziałem radiofarmaceutyków”, nr RPMA.01.01.00-14-025/10

znak sprawy: AZP-2401-02/2015

Warszawa 25.05.2015 r.

Zamawiający:
Instytutu Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego, PAN
ul. Pasteura 3,
02-093 Warszawa.
Faks: 22 589 24 93

Wykonawca:
Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA wraz ze ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie części zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Regału IVC z podziałem na 4 pakiety, część nr 1) - zmywarka do butelek, z kosztami do mycia butelek i kapsli, z doposażeniem

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło 15.05.2015 r. dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień (zgodnie z art. 38 ust. 1, pkt 1), ust. 2 ustawy – Pzp.) oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany (zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy – Pzp.)

Treść pytania:

Część 1 zmywarka do butelek, z kosztami do mycia butelek i kapsli, z doposażeniem

Pytanie 1. Dotyczy Tabela I, podpunkt 4 o treści: „Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia nie mogą być większe niż szer. 850 cm x gł. 850 cm x wys. 230 cm (z otwartymi drzwiami nie więcej niż 140 x 230 mm, z możliwością regulacji ± 30 mm”

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska w podaniu wymiarów zewnętrznych urządzenia i czy podpunkt nie powinien brzmieć:

„Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia nie mogą być większe niż szer. 85 cm x gł. 85 cm x wys. 230 cm (z otwartymi drzwiami nie więcej niż 140 x 230 cm, z możliwością regulacji ± 30 mm”?

Odpowiedź:

Popełniono błąd pisarski opisując zewnętrzne wymiary urządzenia.

Modyfikacja SIWZ:


Parametry techniczne - załącznik nr 2.1 do SIWZ, zapis w Tabeli I, wiersz l.p. 4, kol. B uzyskuje brzmienie: „Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia nie mogą być większe niż szer. 85 cm x gł. 85 cm x wys. 230 cm (z otwartymi drzwiami nie więcej niż 140 x 230 mm, z możliwością regulacji ± 30 mm)”.

W pozostałym zakresie treść SIWZ pozostaje bez zmian. Treść zmodyfikowanej SIWZ jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca.

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert nie został przedłużony. Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Instytutu
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych


Dr Anna Jachner-Miśkiewicz