

Dot. projektu pt. „Wzrost innowacyjności Mazowsza poprzez budowę zintegrowanych stanowisk do badań przedklinicznych z udziałem radiofarmaceutyków”, nr RPMA.01.01.00-14-025/10

Znak sprawy: AZP-2401-04/2015

Warszawa 28/05.2015 r.

Zamawiający:
Instytutu Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego, PAN
ul. Pasteura 3,
02-093 Warszawa.
Faks: 22 589 24 93

Wykonawca:
Wszyscy zainteresowani.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie części zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sterylizatora parowego laboratoryjnego

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły 19 i 21 05.2015 r., dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Zamawiający, udziela poniższych wyjaśnień (zgodnie z art. 38 ust. 1, pkt 1), ust. 2 ustawy – Pzp.):

Treść pytania:

w punktach 1-2 dokumentu „FORMULARZ PARAMETRY” znajduje się informacja o wymaganej pojemności komory sterylizacyjnej. Punkt 1 mówi o pojemności w zakresie 600-700 litrów, punkt nr 2 podaje wymiary wewnętrzne komory : wysokość 600 mm, szerokość: 600 mm. głębokość 1300 mm, co daje pojemność 468 l. Tak więc powyższe informacje wydają się sprzeczne.

Jaka jest wymagana rzeczywista wewnętrzna objętość komory?

(pojemność komory powinna być zgodna z jego wymiarami)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Uzasadnienie: w pkt. 2 (formularz parametry zał. 2 do SIWZ) Zamawiający podał minimalne wewnętrzne wymiary komory sterylizacyjnej celem zachowania pożądanej przestrzeni dla sterylizowanych materiałów (np. klatek zwierzęcych). Osiągnięcie wymaganego wolumenu komory (600-700 litrów) można osiągnąć poprzez zwiększenie jakiegokolwiek wymiaru (wysokości, szerokości, głębokości). Większość producentów poziomych sterylizatorów parowych oferuje komory w układzie 6x6 (wys. komory 60cm x szer. 60cm). Zapisy pkt. 1 i 2 (formularz parametry zał. 2 do SIWZ) nie są wzajemnie sprzeczne.

Treść pytania:

Punkt 5 dokumentu „FORMULARZ PARAMETRY” zawiera wymaganie:

"Zbiornik wody demi (uzdatnionej) zasilającej wytwornicę pary z systemem podgrzewania – celem degazacji (usunięcia gazów rozpuszczonych w wodzie)"

Proszę o informacje o jakim systemie degazacji mówimy? Do jakiej temperatury należy podgrzać wodę, aby degazacja była skuteczna, w jaki sposób odseparować gazy od wody?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga systemu degazacji wody zasilającej wbudowaną wytwornicę pary (pkt. 5, formularz parametry zał. 2 do SIWZ). Termiczna degazacja wody jest zjawiskiem powszechnie znanym (zgodnie z zasadą zmniejszania się rozpuszczalności gazów w wodzie wraz ze wzrostem jej temperatury) i stosowana przez różnych producentów sterylizatorów parowych. Zamawiający nie precyzuje jaką technologią woda zasilająca generator ma być podgrzana - mogą to być np.: elektryczne grzałki lub podgrzewanie za pomocą pary wodnej. W podanych systemach degazacji woda jest podgrzewana do temp. 75-95 st. C.

Treść pytania:

Dotyczy tabeli opisu /funkcji/ warunków wymaganych przez Zamawiającego
l.p. 3

Wnosimy o dopuszczenie sterylizatora o głębokości 1800mm.

Uzasadnienie:

Przedmiotowy parametr nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Treść pytania:

Dotyczy tabeli opisu /funkcji/ warunków wymaganych przez Zamawiającego
l.p. 7

Wnosimy o dopuszczenie sterylizatora, w którym powierzchnia ścian komory sterylizacyjnej jest polerowana z dokładnością 1,5 µm.

Uzasadnienie:

Przedmiotowy parametr nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Treść pytania:

Dotyczy tabeli opisu /funkcji/ warunków wymaganych przez Zamawiającego
l.p. 31

Wnosimy o dopuszczenie ekranu dotykowego o przekątnej 7 cali spełniającego wszystkie wymagania funkcjonalne opisane w SIWZ.

Uzasadnienie:

Ekran o proponowanej przekątnej spełnia wszystkie formalne i funkcjonalne wymagania oraz umożliwia swobodną obserwację stanu pracy sterylizatora z dużych odległości.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.


Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z analizy treści niektórych z powyższych pytań wynika, że pytający właściwie zrozumiał treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pismo nie dotyczy wyjaśnienia SIWZ. Zadawane pytania mogą być uznane za chęć wymuszenia na Zamawiającym zakupu urządzenia o parametrach innych niż przez niego wymagane (a np. oferowanego przez Firmę).

Ponadto informuje, że na pytania nie stanowiące dopuszczonej przez ustawę -Pzp chęci „wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia” nie ma obowiązku konstruowania formalnej odpowiedzi. W przyszłości Zamawiający może nie udzielić wyjaśnień na pismo w zakresie w jakim nie stanowi ono zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu artykułu 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Instytutu
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych


Dr Anna Jachner-Miśkiewicz