



Dot. projektu pt. „Wzrost innowacyjności Mazowsza poprzez budowę zintegrowanych stanowisk do badań przedklinicznych z udziałem radiofarmaceutyków”, nr RPMA.01.01.00-14-025/10

Znak sprawy: AZP-2401-03/2015

Warszawa 08/05.2015 r.

Zamawiający:
Instytutu Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego, PAN
ul. Pasteura 3,
02-093 Warszawa.
Faks: 22 589 24 93

Wykonawca:
Wszyscy zainteresowani.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie części zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopów wraz z urządzeniami towarzyszącymi z podziałem na 3 pakiety, część nr 2) - mikroskop fluorescencyjny

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły 19 i 26 05.2015 r., dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Zamawiający, udziela poniższych wyjaśnień (zgodnie z art. 38 ust. 1, pkt 1), ust. 2 ustawy – Pzp.)

Treść pytania:

1.Dot.pkt.4.

Jakiego kierunku przesuwu ma dotyczyć przesuw piezoelektryczny?

Odpowiedź:

Przesuw piezoelektryczny w osiach X oraz Y.

Treść pytania:

Dot.pkt.6

Co to znaczy, że panel dotykowy ma być „kolorowy”?

Odpowiedź:

Chodzi o kolorowy panel LCD/LED (nie czarno-biały).

Treść pytania:

Dot.pkt.7

Co to znaczy „dowolna przestrzeń robocza”?

Odpowiedź:

Chodzi np. o możliwość umieszczenia mikroskopu w komorze laminarnej, podczas gdy panel sterujący znajduje się poza komorą.

Treść pytania:

Dot.pkt.9

Czy nasadka dwuokularowa może mieć regulowany kąt nachylenia tubusów w zakresie 15-45°,

co gwarantuje optymalną odległość źrenic okularów od powierzchni stołu i zapewnia

ergonomiczną pozycję w oferowanym przez nas mikroskopie Eclipse Ti (Nikon)?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ (chodzi o możliwość wychylenia do kąta 85° w celu zmniejszenia wymiaru mikroskopu w przypadku konieczności umieszczenia go np. w komorze laminarnej).

Treść pytania:

Czy zamawiający zaakceptuje doskonałą kamerę typ DS-Fi1c, firmy Nikon, o parametrach jn.:

- a) matryca CCD kolorowa, o przekątnej 2/3", 2560x1920 pikseli,
- b) matryca chłodzona metodą Peltier do -20°C w stosunku do temperatury otoczenia,
- c) czas ekspozycji: od 1/1000s do 600s,
- d) szybkość zbierania: max. 23fps, 5.9fps przy maksymalnej rozdzielczości,
- e) wielkość piksela ok. 5x5µm,
- f) Interface Fire Wire 1394b.

Odpowiedź:


Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z analizy treści niektórych z powyższych pytań wynika, że pytający właściwie zrozumiał treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pismo nie dotyczy wyjaśnienia SIWZ. Zadawane pytania mogą być uznane za chęć wymuszenia na Zamawiającym zakupu urządzenia o parametrach innych niż przez niego wymagane (a np. oferowanego przez Firmę).

Ponadto informuje, że na pytania nie stanowiące dopuszczonej przez ustawę -Pzp chęci „wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia” nie ma obowiązku konstruowania formalnej odpowiedzi. W przyszłości Zamawiający może nie udzielić wyjaśnień na pismo w zakresie w jakim nie stanowi ono zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu artykułu 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Instytutu
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Dr Anna Jachner-Miśkiewicz