



instytut biologii doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego PAN

Zamówienia Publiczne, Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel.: (48-22) 589-22-13;
fax: (48-22) 822-53-42, e-mail: przetargi@nencki.edu.pl; <http://www.nencki.gov.pl>

znak sprawy/nr ref.: AZP-261-37/2020

Warszawa 30 LIS. 2020.

Zamawiający:
Instytut Biologii Doświadczalnej
imienia Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
"Instytut Nenckiego PAN",
ul. Pasteura 3,
02-093 Warszawa
e-mail: przetargi@nencki.edu.pl

Do:
Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIE WRAZ ze ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

z art. 38 ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, t.
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej jako "Pzp"

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę w trybie przetargu
nieograniczonego, pn. „Laser pulsujący”

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w dniu 25.11.2020 r. dotyczące treści SIWZ Zamawiający
udziela odpowiedzi oraz wprowadza do SIWZ zmiany, jak niżej:

Pytanie:

Czy Zamawiający zezwoli na zmianę zapisu: „Wykonawca w ciągu ostatnich trzech (3) lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, musiał
należycie zrealizować nie mniej niż jedno (1) zamówienie polegające na dostawie światłowodowego
(ang. fiber laser) **lasera pulsującego 920nm** o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto”

na: „Wykonawca w ciągu ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, musiał należycie zrealizować nie
mniej niż jedno (1) zamówienie polegające na dostawie światłowodowego (ang. fiber laser) **lasera
pulsującego w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR)** o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł
brutto”

Wymaganie udokumentowania odstawy lasera o długości fali 920 nm jest w naszym odczuciu
wymaganie zbyt restrykcyjnym, wykluczającym element konkurencyjności i ograniczającym udział
potencjalnym wykonawcom, faworyzujący jednocześnie tylko jednego z nich. Domniemy, iż
intencją zamawiającego było wyselekcjonowanie firm z doświadczeniem w dostawie laserów o
podobnej specyfice do wymaganego w tytułowym przetargu, jednakże tak precyzyjne określenie
długości fali uniemożliwi złożenia oferty firmom z podobnym doświadczeniem, chociażby
dostarczającym lasery o długości fali 940, czy 980 nm, które są znacznie bardziej powszechne na
rynku. Reasumując uprzejmie prosimy o umożliwienie konkurencyjności w części zasadniczej
postępowania przetargowego, co przyniesie korzyści również dla Państwa w postaci przeglądu
aktualnych rozwiązań na rynku i być może pozwoli zaoszczędzić publiczne środki.

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy SIWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu na: „Wykonawca w ciągu ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, musiał należycie zrealizować nie mniej niż jedno (1) zamówienie polegające na dostawie światłowodowego (ang. fiber laser) lasera pulsującego w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.

Biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia wprowadzona zmiana pozwoli na dopuszczenie do przetargu większej liczby wykonawców.

W pozostałym zakresie treść SIWZ pozostaje bez zmian. Treść zmodyfikowanej SIWZ jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca.

Jednocześnie informujemy, że:

- ✓ termin składania ofert został przedłużony (zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1 Pzp) do dnia 17.12.2020 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:00.
- ✓ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane przez Zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (zgodnie z ustaleniami art. 38 ust. 4a pkt. 2 Pzp).

Z wyrazami szacunku

Dyrektor
Instytutu Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN

A. Dobryń
Prof. dr hab. Agnieszka Dobryń