



Warszawa, dnia 12.02.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 12/2021

Dotyczy dostawy ciekłego azotu medycznego

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Zamawiający zmienia zapis –
przewidywana ilość w skali roku 28 000 m³ na **40320 litrów** w skali roku
przewidywana maksymalna jednorazowa dostawa 900 m³ na **1296 litrów**

Odpowiedź na pytanie nr 1

Jakiej wielkości są dewary?

Pojemność dewarów to odpowiednio 35 litrów oraz 45 litrów

Odpowiedź na pytanie nr 2

Jaką ilość dewarów dysponuje Zamawiający?

Zamawiający dysponuje 3 dewarami.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Czy Dostawca ma obowiązek zniesienia i wniesienia dewarów na wskazane miejsce przez Zamawiającego?

Dostawca nie ma obowiązku zniesienia i wniesienia dewarów na wskazane miejsce przez Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie nr 4

Czy obowiązuje harmonogram i godziny dostaw azotu ciekłego medycznego?

Tak, harmonogram do uzgodnienia z Zamawiającym

Odpowiedź na pytanie nr 5

Jakim zbiornikiem (pojemność) na ciekły azot dysponuje zamawiający?


Zamawiający dysponuje 3 dewarami – 2 o pojemności 35 litrów i 1 o pojemności 45 litrów

Jednocześnie odnosząc się do prośby o zmianę jednostki z m³ na kg informujemy, że Zamawiający zmienił jednostkę z m³ na litr. Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym po modyfikacji zostało opublikowane stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega zmianie. Oferty należy przysyłać pocztą elektroniczną na adres: e.momot@nencki.edu.pl nie później niż do dnia **15.02.2021 r., do godz. 12.00**

Z wyrazami szacunku

Zastępca Dyrektora Instytutu
ds. Administracyjnych


Tomasz Koczyk