



Warszawa, dnia 17.03.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 26/2021

Dotyczy dostawy komory laminarnej do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do zamawiającego w dniu 17.03.2021 r., zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 1362 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza komory laminarnej o szerokości zewnętrznej 1362mm.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z szybą podnoszoną i opuszczaną ręcznie ?

Odpowiedź

Tak, możemy dopuścić komorę laminarną z szybą podnoszoną i opuszczaną ręcznie.

Pytanie 3

Czy dopuszczą Państwo Komorę laminarną o szerokości do 1340mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza komory laminarnej o szerokości większej niż 1300mm.

Pytanie 4

Czy dopuszczą Państwo Komorę laminarną z blatem pełnym, wyjmowanym, dzielonym?

Odpowiedź

Nie dopuszczamy komory z blatem dzielonym.

Pytanie 5

Czy dopuszczą Państwo Komorę laminarną z blatem roboczym ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, spodnią misą również ze stali nierdzewnej, szklanymi ścianami bocznymi i tylną ścianą wewnętrzną ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na biało, nie powodującej refleksów świetlnych?

Odpowiedź

Zgadzamy się na komorę z blatem roboczym ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, spodnią misą również ze stali nierdzewnej, szklanymi ścianami bocznymi i tylną ścianą wewnętrzną ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na biało, nie powodującej refleksów świetlnych.

Pytanie 6

Czy dopuszczą Państwo Komorę laminarną z wlotem powietrza płaskim, ale z ergonomicznym podłokietnikiem zabezpieczającym przed blokowaniem wlotu powietrza.

Odpowiedź

Nie zgadzamy się na płaski wlot powietrza.

Pytanie 7

Czy dopuszczą Państwo Komorę laminarną z poziomem szumów poniżej 52dB wg normy EN12469:2000 przy przepływach nominalnych komory?

Odpowiedź

Zgadzamy się na poziom szumów poniżej 52dB.

Pytanie 8

Bardzo proszę o odpowiedź czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie komory laminarnej z płaskim filtrem powietrza (a nie V-kształtnym)?

Odpowiedź

Niestety nie zgadzamy się na komorę laminarną z płaskim filtrem powietrza.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wymaganych parametrach bez zegara czasu rzeczywistego i daty-reszta parametrów bez zmian ?

Odpowiedź

Nie dopuszczamy komory bez zegara czasu rzeczywistego i daty.

Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega zmianie. Oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: d.wojton@nencki.edu.pl nie później niż do dnia **19.03.2021 r., do godz. 12.00**