



Warszawa, dnia 24.03.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 30/2021

dotyczy: Platformy do pomiarów elektrofizjologicznych

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do zamawiającego w dniu 24.03.2021 r., zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie

Szanowni Państwo

Czy użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie platformy która jest podtrzymywana przez 2 wsporniki i masę mikroskopu ?? Platforma przez nas oferowana spełnia resztę wymagań ? W linku przesłałam oferowane przez nas rozwiązanie.

<https://www.warneronline.com/product/31>

Odpowiedź

Stolik XY powinien pasować do mikroskopu AxioExaminer A1 firmy Zeiss. Na platformie chcemy umieścić mikromanipulatory firmy Sutter. Mikroskop Zeiss ma wymiary ok. 24x42 cm (szerokość x długość). O ile szerokość stolika firmy Warner oferowana przez Pana by pasowała, to nie wiem, czy stolik nie będzie za krótki względem mikroskopu (cała platforma ma bowiem wymiary <40cm). Proszę o wymiary stolika XY. Jeżeli stolik pokryje zdecydowaną powierzchnię pod mikroskopem to całość (stolik i platforma) będą pasowały i proszę złożyć ofertę.

Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega zmianie. Oferty należy przysyłać pocztą elektroniczną na adres: d.wojtowicz@nencki.edu.pl nie później niż do dnia **02.04.2021 r., do godz. 12.00.**

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora Instytutu
ds. Administracyjnych


Tomasz Koczyk