



Warszawa, dnia 20.04.2021 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 35/2021

dotyczy: dostawy ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści zapytania ofertowego nr 35/2021 Zamawiający udziela wyjaśnień, jak niżej.

Pytanie 1

Dotyczy zapisów Zapytania ofertowego nr 35/2021, I. Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wymagając analizatora 27-parametrowego ma na myśli parametry diagnostyczne, certyfikowane, posiadające zakresy referencyjne?

Odpowiedź Zamawiającego

Co najmniej 24 parametry muszą być certyfikowane, posiadać zakresy referencyjne

Pytanie 2

Dotyczy zapisów Zapytania ofertowego nr 35/2021, I. Opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora hematologicznego, w którym zamiast parametrów badawczych oznaczany jest parametr diagnostyczny raportowany IG (niedojrzałe granulocyty) w wartościach względnych i bezwzględnych, zaś możliwość występowania atypowych limfocytów jest flagowana i prezentowana w postaci Q-flagi.

Oznaczanie parametru IG przez analizator może ograniczyć liczbę rozmazów krwi poprzez bardziej precyzyjne zliczanie większej ilości komórek.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora w którym występuje raportowanie niedojrzałych komórek linii granulocytarnej, jako parametru IG#% - diagnostycznego (obejmującego promielocyty, mielocyty i metamielocyty) i flagowania obecności pałek oraz pomiaru limfocytów o wysokiej fluorescencji (# i %) jako parametru badawczego z równoległym flagowaniem ich obecności, jak również niezależnym flagowaniem obecności blastów i erytoblastów. Flagi prezentowane są w liczbowo, co ułatwia ich ocenę i podejmowanie decyzji o ewentualnej weryfikacji mikroskopowej.

Opcjonalnie, dodatkowo: Dostępne flagowanie dotyczące atypowych limfocytów umożliwia ich wstępne różnicowanie na atypowe limfocyty o charakterze reaktywnym oraz atypowe limfocyty o charakterze rozrostowym, co jest zgodne z aktualnymi standardami nomenklatury europejskiej (European LeukemiaNet).

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, dopuści

Pytanie 3

Dotyczy zapisów Zapytania ofertowego nr 35/2021, I. Opis przedmiotu zamówienia

Ze względu na fakt, że Zamawiający wymaga, aby parametry RBC, WBC, PLT, HCT i HGB były parametrami mierzonymi przez analizator, w związku z powyższym czy jednocześnie Zamawiający wymaga, aby wymienione parametry nie były parametrami wyliczanymi?

Bezpośredni pomiar powyższych parametrów gwarantuje wiarygodne, dokładne i powtarzalne oznaczenie zarówno ich wartości, jak również wskaźników wymaganych przez Zamawiającego, które są pochodną tych parametrów (takich jak np. MCHC, MCV, MCH).

Odpowiedź Zamawiającego

Nie wymaga

Pytanie 4

Dotyczy zapisów Zapytania ofertowego nr 35/2021, I. Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego, w którym objętość aspiracji krwi pełnej wynosi 25 µl?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie wyraża zgody

Pytanie 5

Dotyczy zapisów Zapytania ofertowego nr 35/2021, I. Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego, który wykorzystuje 4 odczynniki do wykonania pełnej morfologii CBC+DIFF?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie wyraża zgody

Pytanie 6

Dotyczy zapisów Zapytania ofertowego nr 35/2021, I. Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego, który nie posiada funkcji wewnętrznego usuwania skrzepów natomiast wyposażony jest w czujnik aspiracji pozwalający uniknąć błędnego pomiaru z powodu błędów aspiracji, a także pomocy jest np. przy pomiarach próbek z niską wartością HGB?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie wyraża zgody

Pytanie 7

Dotyczy zapisów Zapytania ofertowego nr 35/2021, I. Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wymaga, aby pomiar HGB w analizatorze był niezależny od pomiaru WBC – w osobnym torze pomiarowym, minimalizujący interferencje ze strony krwinek białych i lipidów?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie wyraża zgody

Pytanie 8

Dotyczy zapisów Zapytania ofertowego nr 35/2021, I. Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wymaga, aby analizator wyposażony w czujnik poziomu odpadów płynnych?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, wymaga

Pytanie 9

Dotyczy zapisów Zapytania ofertowego nr 35/2021, I. Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wymaga, aby analizator posiadał oprogramowanie umożliwiające zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników wraz z podaniem w formie graficznej na ekranie informacji o poziomie ich zużycia w czasie wykonywania rutynowej pracy?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie wymaga

Pytanie 10

Dotyczy zapisów Zapytania ofertowego nr 35/2021, Załącznik nr 2 – Wzór umowy, §3 ust. 3:

Zamawiający zastrzegł zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy od podpisania protokołu bez zastrzeżeń.

W sytuacji, gdy zamówienie zostanie wykonane prawidłowo, lecz Zamawiający zauważy drobne niedociągnięcie, nie słusznym jest wstrzymywanie zapłaty za całość wykonanego zamówienia.

W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary.

Zaznaczyć należy, że Zamawiającemu przysługuje uprawnienie z tytułu gwarancji i rękojmi, ponadto takie jest też stanowisko Sądu Najwyższego, m.in. wyrok z dnia 22 czerwca 2007 r., V CSK 99/2007.

Zamawiający jest dodatkowo zabezpieczony na okres realizacji przedmiotu umowy, jak i na okres udzielanej rękojmi, poprzez wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Prosimy o usunięcie określenia: „*bez zastrzeżeń*”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmiany. Opis wskazany w pytaniu nie ma zastosowania w tym postępowaniu, gdyż zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie 11

Dotyczy zapisów Zapytania ofertowego nr 35/2021, Załącznik nr 2 – Wzór umowy, §5 ust. 3:

Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie:

„odsetki ustawowe zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmianę. Zgodnie z par 10 ust. 3 umowy „W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa polskiego, w szczególności ustawy - Kodeks cywilny”. W związku z powyższym w ww. przypadku zastosowane będą odsetki wynikające z Kodeksu Cywilnego.

Pytanie 12

Dotyczy zapisów Zapytania ofertowego nr 35/2021, III. Opis przygotowania oferty i jej wycena, pkt 3:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Pytanie 13

Dotyczy zapisów Zapytania ofertowego nr 35/2021, IV Dodatkowe informacje, pkt. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie analizatora pozwalającego na pomiar następujących parametrów raportowanych na wyniku: WBC, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE#, LY#, MO#, EO#, BA#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, RDW-SD, PLT, MPV oraz badawczych IMM%, IMM# (niedojrzałe granulocyty), LHD (niska gęstość hemoglobiny), MAF (wskaźnik anemii mikrocytarnej), PDW, PCT (płytkokryt)?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ilość aspirowanej próbki– 12ul krwi pełnej oraz 20ul w trybie wstępnego rozcieńczenia?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, min. 15 ul w trybie wstępnego rozcieńczenia

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przechowywanie do 30 000 wyników z pełnymi histogramami w pamięci analizatora oraz nieograniczonej ilości wyników w pamięci komputera zewnętrznego?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie

Pytanie 17

Prosimy o podanie ilości badań na jakie wykonawca ma zaoferować zapas odczynników?

Odpowiedź Zamawiającego

Min. na 40 próbek miesięcznie. W związku z ilością próbek, proszę o uwzględnienie stabilności odczynników po otwarciu.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który aspiruje 17µl krwi pełnej oraz 20 µl w trybie wstępnego rozcieńczenia? Oferowany analizator cechuje się lepszymi parametrami od oczekiwanych, gdyż umożliwia aspirację w trybie otwartym oraz zamkniętym?


Odpowiedź Zamawiającego

Nie wyraża zgody

Termin składania ofert w niniejszym zapytaniu ofertowym ulega zmianie. Oferty należy przysyłać pocztą elektroniczną na adres: f.dziackowski@nencki.edu.pl **nie później niż do dnia 22.04.2021 do godz. 12.00**

Z wyrazami szacunku

Zastępca Dyrektora Instytutu
ds. Organizacyjnych i Rozwoju



Tomasz Koczyk