



Warszawa, dnia 05.05.2021 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 42/2021

dotyczy: Dostawy klatek bytowych do hodowli myszy laboratoryjnych, regałów na klatki bytowe

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści zapytania ofertowego nr 42/2021 Zamawiający udziela wyjaśnień, jak niżej.

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści dwa regały z prowadnicami, każdy na 72 klatki o całkowitych wymiarach zewnętrznych maksymalnie 1980 x 500 x 2000 mm (SxGxW)? Pozostałe parametry regału zgodnie z opisem.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego, iż dla podanych wymiarów zewnętrznych nie da się wykonać regału na 80 klatek – maksymalnie może być to regał z 9 rzędami i 8 kolumnami. Dla regału 10 rzędowego konieczne byłoby zwiększenie wysokości o około 20 cm (regał taki można by wnieść do pomieszczenia „na leżąco”, o ile oczywiście pozwalają na to wymiary korytarza i pomieszczenia.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza ww. regałów

Pytanie 2

Prosimy czy Zamawiający przy doborze wielkości regałów brał pod uwagę drogi transportowe w budynku – możliwość wprowadzenia regału do pomieszczenia docelowego?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zapis „ochrona ze stali nierdzewnej”?

Odpowiedź Zamawiającego

Zapis dotyczy górnego poziomu klatek osłoniętego arkuszem ze stali nierdzewnej

Pytanie 4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podstawy klatki o wymiarach 365 x 207 x 140 mm (długość x szerokość x wysokość) i powierzchni podłogi 530 cm²?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na ww. wymiary

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6

Czy wyraża Państwo zgodę na dostawę klatek typu ILL, których powierzchnia podłogi równa się 553 cm² a ich wymiary to: długość 325 mm, szerokość 170 mm, wysokość 140 mm? Jest to produkt tożsamy z modelem 1284L produkowanym przez włoski Tecniplast, również spełniający wymagania Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostawę klatek o tych wymiarach

Pytanie 7

Czy oczekujecie Państwo aby do każdej klatki był dostarczony ruszt kompatybilny z klatką wykonany ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak

Pytanie 8

Czy oczekujecie Państwo aby każda klatka była wyposażona w butelkę wykonaną z polisulfonu o pojemności 200ml, z silikonową uszczelką i kapslem 50mm?

Odpowiedź Zamawiającego


Nie

W związku z odpowiedzią na pytania Zamawiający wprowadza odpowiednie zmiany w treści zapytania ofertowego. Zmodyfikowana treść zapytania oferty i oferty została opublikowana na stronie internetowej.

Termin składania nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 10.05.2021 r. do g. 12:00 na adres f.dziaczkowski@nencki.edu.pl

Z wyrazami szacunku

Zastępca Dyrektora Instytutu
ds. Organizacyjnych i Rozwoju



Tomasz Koczyk