



WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 058/2022

dotyczy: dostawy komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w dniu 11.08.2022 r. dotyczące treści zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, jak niżej.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z blatem dzielonym zamiast pełnym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie komory z blatem dzielonym.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną obsługiwaną za pomocą panelu operacyjnego, składającego się z przycisków, wskaźników funkcji i wyświetlacza elektronicznego. Wyświetlacz z 5-cyfrowym panelem wskaźników pokazujący następujące informacje, niezależnie od aktywowanej funkcji obsługi:

- normalna praca: godziny pracy urządzenia,
- bezpieczny tryb pracy: prędkości przepływu laminarnego i powietrza wywiewanego,
- procedura kalibracji: status funkcji kalibracji,
- kontrolowana przez urządzenie dezynfekcja UV: pozostały czas dezynfekcji.

Wskaźniki stanu pokazują status operacyjny:

- pozycja robocza przedniej szyby,
- przepływ powietrza,
- zmniejszona prędkość wentylatorów,
- Wskaźnik SmartFlow

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o ww. parametrach.

Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega zmianie. Oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: **t.wypych@nencki.edu.pl** nie później niż do dnia **18.08.2022 r., do godz. 12.00.**

Z wyrazami szacunku

Zastępca Dyrektora
ds. Organizacyjnych i Rozwoju