



znak sprawy/nr ref.: AZP-261-30/2020

Warszawa2020...10... 0.9

Zamawiający:
Instytut Biologii Doświadczalnej
imienia Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
"Instytut Nenckiego PAN",
ul. Pasteura 3,
02-093 Warszawa.
e-mail: przetargi@nencki.edu.pl

Wykonawca:
Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA wraz ze ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

z art. 38 ust. 1, pkt 1) i art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej jako "Pzp"

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne, udzielanego jako część zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, pn. Zestaw do fotometrii

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło 1 października br. dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz wprowadza do SIWZ zmiany, jak niżej.

Treść pytania:

Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz parametry (zestawienie techniczno-funkcjonalne) - Tabela II - Zestaw do fotometrii bezprzewodowej, punkt 4, kolumna B - Kaniule cyrkonioowe ze światłowodem do implantacji stereotaktycznej, 400 mikrometrów średnicy, 7,5mm długości światłowodu (15 sztuk).

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty na zestaw do fotometrii bezprzewodowej wykorzystujący kaniule wykonane ze stali nierdzewnej. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż powszechnie używane białe kaniule cyrkonioowe przepuszczają dużo światła z otoczenia, zwiększa to w efekcie szum w sygnale oraz prowadzi do autofluorescencji i zniekształcenia wyników. Kaniule cyrkonioowe są również kruche i mogą pęknąć podczas mocowania / odłączania headstage. Zestaw do fotometrii bezprzewodowej wykorzystujące kaniule wykonane ze stali nierdzewnej jest pozbawiony wyżej wymienionych niedogodności.

Odpowiedź:

Opisane w SIWZ kaniule cyrkonioowe są lżejsze niż stalowe gdyż zależy Zamawiającemu na maksymalnej lekkości elementów montowanych na głowie zwierzęcia. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kaniul ze stali nierdzewnej, o ile ich waga nie przekroczy 1,5 g z racji na ich dodatkowe zalety (redukcja autofluorescencji i większa wytrzymałość).

Modyfikacja SIWZ:

Formularz parametry -załącznik nr 2.2 do SIWZ, zapis w:

1) Tabela I wiersz l.p. 8

- kol. B uzyskuje brzmienie: *"Kaniule cyrkonioowe, lub ze stali nierdzewnej o wadze nie przekraczającej 1,5 g, ze światłowodem do implantacji stereotaktycznej, o parametrach umożliwiających insercję i obrazowanie głęboko położonych struktur mózgu (wzgórka węchowego) – czyli 400 mikrometrów średnicy, 7,5 mm długości światłowodu (15 sztuk)".*
- kol. D uzyskuje brzmienie: *"(jeżeli zaoferowano kaniulę ze stali nierdzewnej należy podać wagę 1 szt.)".*



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



2) Tabela II wiersz l.p. 4

- kol. B uzyskuje brzmienie: "*Kaniule cyrkonowe, lub ze stali nierdzewnej o wadze nie przekraczającej 1,5 g, ze światłowodem do implantacji stereotaktycznej, 400 mikrometrów średnicy, 7,5 mm długości światłowodu (15 sztuk)*";
- kol. D uzyskuje brzmienie: "*(jeżeli zaoferowano kaniulę ze stali nierdzewnej należy podać wagę 1 szt.)*".

W pozostałym zakresie treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Treść zmodyfikowanej SIWZ jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca.

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert nie został przedłużony. Zmiana w SIWZ nie dotyczy informacji zamieszczonych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz nie wymaga dodatkowego czasu w celu wprowadzenia zmian w ofertach gdyż termin otwarcia ofert jest dostatecznie długi.

Z wyrazami szacunku



Prof. dr hab. Agnieszka
Dobrzyń Dyrektor Instytutu