



znak sprawy/nr ref.: AZP-261-12/2020

Warszawa ..0.9..L.P.,.2020 r.

Zamawiający:
Instytut Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
"Instytut Nenckiego PAN",
ul. Pasteura 3,
02-093 Warszawa.
E-mail: przetargi@nencki.edu.pl

Wykonawca:
Wszyscy zainteresowani


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

z art. 38 ust. 1, pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, dalej jako "Pzp"
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Zestaw EEG oraz wyposażenie do laboratorium hodowlanego z dopuszczeniem składania ofert częściowych;
część nr 5) -zestaw do obrazowania organoidów

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły dn. 1 lipca br. dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Zamawiający udziela wyjaśnień, jak niżej.

Treść pytania:

Dotyczy: Tabela I, punkt 5 oraz 8: Czy Zamawiający dopuści także mikroskop posiadający oprócz kamery również tubusy okularowe do tradycyjnej obserwacji, co niezbędne jest do prawidłowego ustawienia kontrastu fazowego (centrowanie pierścieni fazowych poprzez obserwację żrenicy wyjściowej obiektywu), takie rozwiązanie pozwala na obserwację komórek bez każdorazowego włączania kamery (przydatne w przypadku np. awarii kamery. Ponadto, w proponowanym równoważnym rozwiązaniu możliwa jest także wymiana kamery w przyszłości, gdyż nie jest ona wbudowana na stałe). Wówczas taki mikroskop miałby wymiary 470 x 370 x 234 mm (wysokość x głębokość x szerokość), przy czym wymiar głębokości określa podstawę mikroskopu („footprint”), znajdującą się w obrębie komory laminarnej (tubusy okularowe znajdują się na zewnątrz komory). Załączamy schemat:



Odpowiedź:

Nie, zgodnie z ustaleniami SIWZ.

Treść pytania:

Dotyczy: Tabela II, punkt 8: Czy Zamawiający dopuści także obiektywy z gwintem M25?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z ustaleniami SIWZ.

Treść pytania:

Dotyczy: Tabela II: Prosimy o potwierdzenie i wyjaśnienie: Zamawiający wymaga do mikroskopu kamery o następujących parametrach: „(...) wysoko czuła monochromatyczna kamera CMOS (minimalna rozdzielczość 3 Megapiksele, maksymalna wielkość pixeli - 3.45 μm)” (pkt 19) z oprogramowaniem posiadającym następujące funkcje: „przechwytywane obrazy: monochromatyczne; pliki TIF lub JPG.” (pkt 20), „możliwość zapisu filmów” (pkt 21), „tryb przechwytyjący serię obrazów wzdłuż osi Z, które można zapisać indywidualnie lub połączyć w rzut trybu Z-stack o większej głębi ostrości niż którykolwiek z obrazów źródłowych” (pkt 23), „tryb przeglądania pozwalający na przeglądanie, pomiary i dodawanie adnotacji do przechwyconych obrazów” (pkt 24), „możliwość określania liczby komórek” (pkt 25). Kamera miałaby być sterowana za pomocą urządzenia (z wspomnianym oprogramowaniem), które powinny cechować następujące parametry: „obsługa jedynie z poziomu mikroskopu, bez konieczności podłączenia zewnętrznego komputera” (pkt 6), „wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości (minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli)” (pkt 7), „funkcje sieciowe: łączność za pośrednictwem sieci Windows/SMB po kablu Ethernet lub bezprzewodowo przy pomocy przejściówki Wi-Fi. Możliwość wysyłania danych i przechowywanie w „chmurze” (pkt 22), „zasilanie: 100-240 V AC, 1,8 A; częstotliwość: 50-60 Hz; wejście zasilania: 12 V DC, 5 A.” (pkt 26), „bezprzewodowa klawiatura i mysz wraz z podkładką” (pkt 27), „urządzenie wyposażone w gniazdo USB oraz adapter USB Wi-Fi” (pkt 28), „pamięć flash USB 3.0, o minimalnej pojemności 16 GB” (pkt 29). Prosimy o potwierdzenie czy tak należy rozumieć wymagania z poszczególnych punktów.

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Dotyczy: Tabela II: punkt 23: Czy Zamawiający wymaga mikroskopu ze zmotoryzowanym przesuwem w osi Z i automatycznym przechwytywaniem obrazów wzdłuż osi Z?

Odpowiedź:

Zgodnie z ustaleniami SIWZ (patrz: pkt XVI ust. 3 część nr 5) ppkt 2 lit c -na str. 26) zaoferowanie opisanego w pytaniu parametru jest dodatkowo punktowane w kryterium -Parametry. Zamawiający zwraca uprzejmie uwagę, iż zaznajomienie się z wszystkimi zapisami specyfikacji jest niezbędne do złożenia prawidłowej oferty.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i są dla wszystkich Wykonawców wiążące.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Dyrektor Instytutu