



znak sprawy/nr ref.: AZP-261-12/2020

Warszawa 20 LIP. 2020 r.

Zamawiający:
Instytut Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
"Instytut Nenckiego PAN",
ul. Pasteura 3,
02-093 Warszawa.
E-mail: przetagi@nencki.edu.pl

Wykonawca:
Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

z art. 38 ust. 1, pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, dalej jako "Pzp"
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Zestaw EEG oraz wyposażenie do laboratorium hodowlanego z dopuszczeniem składania ofert częściowych;
część nr 1) -elektroencefalograf z materiałami eksploatacyjnymi.

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły dn. 13 lipca br. dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Zamawiający udziela wyjaśnień, jak niżej.

Treść pytania:

Dotyczy części nr 1 –elektroencefalograf z materiałami eksploatacyjnymi

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1b akumulatory wysoko pojemnościowe 6,6V/12,5Ah o ogniwach

Li-Ion bez możliwości szybkiego ładowania <3,5h, gdzie pełne ładowanie będzie wynosić ok 10h?

Oferowane rozwiązanie wynika z większych parametrów pojemności 125000mA przy wymaganej 4500mA, co powoduje, że oferowany akumulator o ogniwach Li-Ion nie jest dedykowany do szybkiego ładowania. Oferowane rozwiązanie wydłuża również czas życia akumulatora poprzez zmniejszenie ilości cykli ładowania akumulatora i jego dłuższej pracy pomiędzy cyklami ładowania.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z ustaleniami SIWZ. Ze względu na specyfikę prowadzonych badań, do których przeznaczone będzie urządzenie, Zamawiającemu zależy na możliwości szybkiego ładowania akumulatorów (w projekcie bierze udział duża grupa osób badanych, umawianych w krótkich odstępach czasu).

Treść pytania:

Dotyczy części nr 1 –elektroencefalograf z materiałami eksploatacyjnymi

Czy Zamawiający w Punkcie 1c dopuści wyższy parametr próbkowania sygnału EEG/ECG/EMG do 100kHz, niż wymagany niższy parametr próbkowania do 16kHz?

Odpowiedź:

Tak. Podany w Formularzu Parametry, l.p. 2 lit. c) parametr próbkowania sygnału jest minimalną wymaganą wartością. Urządzenia posiadające wyższy parametr w tym zakresie, są dopuszczone do zaoferowania.

Treść pytania:

Dotyczy części nr 1 –elektroencefalograf z materiałami eksploatacyjnymi

Czy Zamawiający w Punkcie 9 dopuści możliwość zapisu danych w formacie BDF poprzez konwersję zapisanego sygnału w formacie np. .eeg w zewnętrznych programach do analizy sygnału np. w posiadanym przez zamawiającego programie BV Analyzer?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z ustaleniami SIWZ. Zamawiający określił w SIWZ swoje wymagania w kontekście prowadzonych projektów badawczych i taki parametr zapisu danych jest mu niezbędny. Wymagany format (natywny bdf z 24-bitowym próbkowaniem) bez konieczności konwersji, został określony w celu minimalizacji różnic w pomiarze między poszczególnymi ośrodkami badawczymi (wynikającymi z innego próbkowania czy zniekształceń konwersyjnych).

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i są dla wszystkich Wykonawców wiążące.

Z wyrazami szacunku



Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Dyrektor Instytutu