



Znak sprawy/nr referencyjny: AZP-261-43/2020

Warszawa, 1.3.SIY..2021 r.

Zamawiający:
Instytut Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
"Instytut Nenckiego PAN",
ul. Pasteura 3,
02-093 Warszawa
e-mail: przetargi@nencki.edu.pl

Do:
Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) - dalej jako
„ustawa Pzp”

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę, pn. „Urządzenie do sonikacji DNA z chłodzeniem”.

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w dniu 10.01.2021 r. dotyczące treści SIWZ Zamawiający
udziela odpowiedzi jak niżej.

Pytanie:

Informujemy Zamawiającego, że urządzenie jest wyposażone w uchwyt na 1.5 ml i tylko takie
probówki zostały zwalidowane do pracy z urządzeniem. Probówki 2.0ml nigdy nie były zwalidowane do
pracy z sonikatorem i producent nie zaleca pracy z probówkami o takiej pojemności. Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na to, by urządzenie było wyposażone tylko w uchwyt na probówki 1.5 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Treść udzielonych wyjaśnień jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń

Dyrektor Instytutu