



Znak sprawy/nr referencyjny: AZP-261-43/2020

Warszawa, 07 STY. 2021r.

Zamawiający:
Instytut Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
"Instytut Nenckiego PAN",
ul. Pasteura 3,
02-093 Warszawa
e-mail: przetargi@nencki.edu.pl

Do:
Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

z art. 38 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) - dalej jako „ustawa Pzp”

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, pn. „Urządzenie do sonikacji DNA z chłodzeniem”.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w dniu 22.12.2020 r. dotyczące treści SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej.

Pytanie:

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie, jaki typ uchwytu na próbówki ma być dostarczony z urządzeniem?

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że sprzęt powinien posiadać uchwyty do próbek typu eppendorf 1,5 i 2 ml oraz białekonów sterylnych 15 ml.

Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Treść udzielonych wyjaśnień jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca.

Z wyrazami szacunku,

Zastępca Dyrektora Instytutu
ds. Administracyjnych


Tomasz Koczyk