



Znak sprawy/nr referencyjny: AZP-261-46/2020

Warszawa, 2.5.STY..2021 r.

Zamawiający:
Instytut Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
"Instytut Nenckiego PAN",
ul. Pasteura 3,
02-093 Warszawa
e-mail: przetargi@nencki.edu.pl

Do:
Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

z art. 38 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) - dalej jako „ustawa Pzp”

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, pn. „Samodzielne stanowisko do pomiarów elektrofizjologicznych z dopuszczeniem składania ofert częściowych”.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w dniu 18.01.2021 r. dotyczące treści SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej.

Ze względu na opublikowane w dniu 18.01.2021 r., wyjaśnienia dotyczące filtrów fluorescencyjnych, zwracamy się z dodatkową prośbą o informacje.

W zapisach specyfikacji wartości filtrów podane były z informacją „około”, w wyjaśnieniu zapisy te są wartościami granicznymi. Czy w związku z tym, dopuszczacie Państwo, aby mikroskop posiadał komplet filtrów barierowych pozwalających na wzbudzenie i wizualizację emisji fluorescencji w zakresie podobnym do charakterystyki zielonego białka fluorescencyjnego GFP o parametrach: wzbudzenie w zakresie 470-40 nm, emisja 525-50 nm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza aby mikroskop posiadał komplet filtrów barierowych pozwalających na wzbudzenie i wizualizację emisji fluorescencji w zakresie podobnym do charakterystyki zielonego białka fluorescencyjnego GFP.

Udzielona odpowiedź stanowi integralną część SIWZ i jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń

Dyrektor Instytutu