



# instytut biologii doświadczalnej

## im. Marcelego Nenckiego PAN

Zamówienia Publiczne, Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel.: (48-22) 589 2213;  
fax: (48-22) 822 53 42, e-mail: przetargi@nencki.gov.pl; <http://www.nencki.gov.pl>

05 SIE. 2020

Znak sprawy/nr referencyjny: AZP-261-16/2020

Warszawa, ..... r.

Zamawiający:

Instytut Biologii Doświadczalnej  
im. Marcelego Nenckiego  
Polskiej Akademii Nauk  
"Instytut Nenckiego PAN",  
ul. Pasteura 3,  
02-093 Warszawa.  
e-mail: przetargi@nencki.gov.pl

Wykonawcy:

wszyscy zainteresowani

### WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

z art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,  
t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.,

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, pn: „Wyposażenie do laboratorium BrainCity z dopuszczeniem składania ofert częściowych” część nr 3)

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 04.08.2020 r. Zamawiający udziela wyjaśnień i wprowadza zmiany w treści SIWZ jak niżej:

**Pytanie 1**, dotyczy pakietu 3, urządzenie C

Zgodnie z wiedzą Wykonawcy pipeta o podanych parametrach technicznych występuje w objętości 20-200 µl. Czy Zamawiający miał na myśli pipetę 20-200 µl ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę w załączniku nr 2.3 Parametry części nr 3) dla urządzenia C jak niżej:

**Jest:**

**urządzenie C.**

Pipeta automatyczna zmiennieobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2-200 µl – 9 sztuk

**Powinno być:**

**urządzenie C.**

Pipeta automatyczna zmiennieobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 µl – 9 sztuk

**Pytanie 2**, dotyczy pakietu 3, urządzenie G Czy Zamawiający dopuści pipetę ważącą 98 g oraz nie posiada sprężynującego stożka (stożek taki posiadają pipety do 1 mL) przy czym spełnia wszystkie pozostałe parametry techniczne ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i w związku z tym wprowadza zmiany do załącznika nr 2.3 Parametry części nr 3) dla urządzenia G w lp. 4 i usuwa lp. 5.

Jednocześnie zamawiający wprowadza zmiany w treści załącznika nr 2.3 część 3) dla urządzenia G jak niżej:

**Jest:**

**urządzenie G.**

Pipeta automatyczna zmiennieobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-5 µl – 5 sztuk

**Powinno być:**

**urządzenie G.**

Pipeta automatyczna zmiennieobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-5 ml – 5 sztuk

W pozostałym zakresie treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Treść zmodyfikowanej SIWZ jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca.

Z wyrazami szacunku

Zastępca Dyrektora Instytutu  
ds. Naukowych



Prof. Krzysztof Nieznański, prof. nadzw