



instytut biologii doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego PAN

Zamówienia Publiczne, Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel.: (48-22) 589-22-13;
fax: (48-22) 822-53-42, e-mail: przetargi@nencki.edu.pl; <http://www.nencki.gov.pl>

znak sprawy/nr ref.: AZP-261-21/2020

Warszawa 20 SIE. 2020

Zamawiający:
Instytut Biologii Doświadczalnej
imienia Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
"Instytut Nenckiego PAN",
ul. Pasteura 3,
02-093 Warszawa
e-mail: przetargi@nencki.edu.pl

Do:
Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

z art. 38 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej jako "Pzp"

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „System do obrazowania fluorescencyjnego do analiz ilościowych”.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w dniu 12.08.2020 r. dotyczące SIWZ, Zamawiający udziela wyjaśnienia jak niżej:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści skaner ze wzbudzeniem przy użyciu dwóch laserów długości fali 658 +/- 3nm i 784nm +/- 3nm, detekcji fluorescencji w zakresie 710nm/BP40 i 832nm/BP37, z dużym czułym detektorem w postaci fotodiody lawinowej (Avalanche photodiode) dla każdego kanału, z dynamiką rejestracji co najmniej 6 rzędów, z zapisem danych w postaci 16-bitowych plików TIFF oddzielnych dla każdego kanału, z dużo lepszą rozdzielczością wynoszącą 10-1000 mikronów, z dużo lepszą szybkością skanowania wynoszącą 50cm/sek, z masą własną 64 kg?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z ustaleniami SIWZ. Zamawiający określił parametry zgodnie ze swoimi potrzebami.

Udzielona odpowiedź stanowi integralną część SIWZ i jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń

Dyrektor Instytutu