



znak sprawy/nr ref.: AZP-261-22/2020

Warszawa 04 GRU. 2020 r.

Zamawiający:  
Instytut Biologii Doświadczalnej  
imienia Marceliego Nenckiego  
Polskiej Akademii Nauk  
"Instytut Nenckiego PAN",  
ul. Pasteura 3,  
02-093 Warszawa,  
e-mail: przetargi@nencki.edu.pl

Do:  
Wszyscy zainteresowani.

#### **ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako "Pzp" dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, pn. Dostawa odczynników laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem składania ofert częściowych;  
część nr 4) -zestawienie odczynników Alomone  
część nr 15) -zestawienie odczynników Crystal Chem  
część nr 26) -zestawienie odczynników Peprrotech  
część nr 34) -zestawienie odczynników Santa Cruz

Szanowni Państwo,  
uprzejmie informuję, że Zamawiający w wyniku ww. postępowania z dopuszczeniem składania ofert częściowych, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie wskazanych części.

Zamawiający dopuścił w SIWZ składanie ofert na dowolnie wybraną część postępowania. Każda z części jest autonomiczna, tzn. odpowiednie przepisy ustawy Pzp stosowane są osobno dla każdej z wyszczególnionych części.

#### Część nr 4) -zestawienie odczynników Alomone

##### **Ocena/porównanie Ofert**

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się kryteriami ustalonymi w specyfikacji. Zamawiający dokonał oceny punktowej, zgodnie ze wskazaną w SIWZ formułą.

| l.p. | Oferta nr | Nazwa Wykonawcy                                               | Liczba pkt w kryterium |                   |                      |                  |       | Razem |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------|-------|
|      |           |                                                               | Cena                   | Zmiana zamówienia | Wycofanie zamówienia | Termin płatności | Upust |       |
| 1    | 10        | BIOLIM Paulina Lemańczyk                                      | 60.00                  | 10.00             | 10.00                | 10.00            | 2.00  | 92.00 |
| 2    | 4         | PROSPECTA sp. z o.o. (adres) ul. Barburki 8, 04-511 Warszawa. | 54.32                  | 10.00             | 10.00                | 10.00            | 2.00  | 86,32 |

##### **Wybór oferty**

Jako najkorzystniejszą wybrano Ofertę nr 10 Wykonawcy (nazwa, adres): BIOLIM Paulina Lemańczyk, ul. Abrahama 68 lok. 4, 81-393 Gdynia. Cena oferty: 58 409,47 zł (z VAT).

##### **Uzasadnienie wyboru**

Faktyczne: Zamawiający ustalił, że Wykonawca BIOLIM nie podlega wykluczeniu z postępowania a jego Oferta jest ofertą najkorzystniejszą ponieważ odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Pzp oraz w SIWZ i uzyskała wyższą liczbę punktów.

Prawne: art. 2, ust. 5) lit. a) ustawy Pzp.

#### Część nr 15) -zestawienie odczynników Crystal Chem

##### **Ocena Oferty niepodlegającej odrzuceniu**

Zamawiający dokonał oceny punktowej, zgodnie ze wskazaną w SIWZ formułą.

| l.p. | Oferta nr | Nazwa Wykonawcy          | Liczba pkt w kryterium |                   |                      |                  |       | Razem |
|------|-----------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------|-------|
|      |           |                          | Cena                   | Zmiana zamówienia | Wycofanie zamówienia | Termin płatności | Upust |       |
| 1    | 10        | BIOLIM Paulina Lemańczyk | 60.00                  | 10.00             | 10.00                | 10.00            | 2.00  | 92.00 |

#### Wybór oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano Ofertę nr 10 Wykonawcy (nazwa, adres): BIOLIM Paulina Lemańczyk, ul. Abrahama 68 lok. 4, 81-393 Gdynia. Cena oferty: 252 768,32 zł (z VAT).

#### Uzasadnienie wyboru

Faktyczne: Na tę część postępowania wpłynęły dwie oferty. Jedna z Ofert (nr 19), złożona przez Wykonawcę (nazwa, adres): Pointe Scientific Polska sp. z o.o., ul. Śródziemnomorska nr 11/10, 02-758 Warszawa, podlega odrzuceniu. W zakresie pozostałej oferty Zamawiający ustalił, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu a jego Oferta (nr 10) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Pzp oraz w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

Prawne: art. 2, ust. 5 lit. a) ustawy Pzp.

#### Informacja o odrzuceniu

Oferta nr 19, Wykonawca: Pointe Scientific Polska sp. z o.o.

#### Uzasadnienie odrzucenia

Oferta jest niezgodna z treścią SIWZ i jako taka podlega odrzuceniu.

Faktyczne i prawne: W niniejszym postępowaniu Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie producentów wymaganych odczynników i dopuścił zaoferowanie odczynników równoważnych do wymaganych. W SIWZ szczegółowo uzasadniono sposób opisanie zamawianych odczynników oraz wskazano dokumenty niezbędne do oceny równoważności (patrz: pkt III ust. 1 SIWZ). Wykonawca zaoferował produkty równoważne do odczynników firmy Chrystal Chem oraz załączył do Oferty karty charakterystyki i procedur stosowania.

Na podstawie informacji zawartych w Ofercie przeprowadzono weryfikację merytoryczno-naukową oferowanych zamienników. Zamawiający ustalił, iż zakresy krzywych kalibracyjnych we wszystkich przypadkach znacząco różnią się od tych w zestawach do ELISY Crystal Chem. W przypadku ELISY na mysz glukagon (nr kat. 81518), jest to 7.8-500 vs 31.25-2000 pg/ml, w przypadku szczurzego glukagonu (81519) - 7.8-500 vs 62,5-4000 pg/ml co oznacza, że oferowane produkty równoważne charakteryzują się mniejszą czułością. Dla ELISY zarówno na mysz (90080) jak i szczurzą (90060) insulinę, Crystal Chem oferuje 3 możliwe zakresy krzywej kalibracyjnej - low (0,1-6,4 ng/ml), wide (0,1-12,8 ng/ml) i high (1-64 mg/ml), zaś oferowany produkt równoważny - jeden (78.125-5000pg/ml), krzywa kalibracyjna ma również zupełnie inny kształt (zależności absorbancji od stężenia insuliny). Zamawiający nie ma wątpliwości, iż nie można uznać zaoferowanych produktów za równoważne odczynnikom Chrystal Chem.

Zamawiający w zaistniałej sytuacji zobowiązany jest do odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp Oferty (nr 19) Pointe Scientific Polska gdyż zaoferowano w niej produkty inne niż wymagane treścią specyfikacji, nie spełniające przesłanki korekty omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3) Pzp.

#### Część nr 26) -zestawienie odczynników Peprotech

#### Ocena Oferty

Zamawiający dokonał oceny punktowej, zgodnie ze wskazaną w SIWZ formułą.

| l.p. | Oferta nr | Nazwa Wykonawcy      | Liczba pkt w kryterium |                   |                      |                  |       | Razem |
|------|-----------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------|-------|
|      |           |                      | Cena                   | Zmiana zamówienia | Wycofanie zamówienia | Termin płatności | Upust |       |
| 1    | 4         | PROSPECTA sp. z o.o. | 60.00                  | 10.00             | 10.00                | 10.00            | 2.00  | 92.00 |

#### Wybór oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano Ofertę nr 4 Wykonawcy (nazwa, adres): ul. Barburki 8, 04-511 Warszawa. Cena oferty: 63 432,33 zł (z VAT).

#### Uzasadnienie wyboru

Faktyczne: Na tę część postępowania wpłynęła jedna Oferta. Zamawiający ustalił, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania a złożona Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Pzp oraz w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

Prawne: art. 2, ust. 5 lit. a) ustawy Pzp.

Część nr 34) -zestawienie odczynników Santa Cruz

**Ocena/porównanie Ofert**

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się kryteriami ustalonymi w specyfikacji. Zamawiający dokonał oceny punktowej, zgodnie ze wskazaną w SIWZ formułą.

| l.p. | Oferta nr | Nazwa Wykonawcy                                               | Liczba pkt w kryterium |                   |                      |                  |       | Razem |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------|-------|
|      |           |                                                               | Cena                   | Zmiana zamówienia | Wycofanie zamówienia | Termin płatności | Upust |       |
| 1    | 10        | BIOLIM Paulina Lemańczyk                                      | 60.00                  | 10.00             | 10.00                | 10.00            | 2.00  | 92.00 |
| 2    | 4         | PROSPECTA sp. z o.o. (adres) ul. Barburki 8, 04-511 Warszawa. | 42.22                  | 10.00             | 10.00                | 10.00            | 2.00  | 74.22 |

**Wybór oferty**

Jako najkorzystniejszą wybrano Ofertę nr 10 Wykonawcy (nazwa, adres): BIOLIM Paulina Lemańczyk, ul. Abrahama 68 lok. 4, 81-393 Gdynia. Cena oferty: 132 988,11 zł (z VAT).

**Uzasadnienie wyboru**

Faktyczne: Zamawiający ustalił, że Wykonawca BIOLIM nie podlega wykluczeniu z postępowania a jego Oferta jest ofertą najkorzystniejszą ponieważ odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Pzp oraz w SIWZ i uzyskała wyższą liczbę punktów.

Prawne: art. 2, ust. 5) lit. a) ustawy Pzp.

**Inne Informacje**

W prowadzonym postępowaniu przetargowym nie uaktualnia się przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - dot. m.in. badania po stronie Zamawiającego, możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na zakup, do ceny oferty najkorzystniejszej.

Zgodnie z zapisami SIWZ;

- cena oferty służy w niniejszym przetargu do ew. porównania złożonych ofert oraz do określenia górnej granicy kwotowej obowiązywania zawartej umowy;
- Zamawiający będzie dokonywał zakupów potrzebnych mu odczynników sukcesywnie i przewiduje możliwość nie wykorzystania wszystkich wskazanych środków finansowych.

Powyższe zapisy zostały zastosowane ze względu na prowadzenie w Instytucie wielu innowacyjnych badań i związaną z tym nieprzewidywalność używania danych odczynników.

Część nr 34): W Ofercie nr 10 Wykonawcy: BIOLIM Paulina Lemańczyk Zamawiający poprawił (zgodnie z ustaleniami art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Omyłka polega na błędnym zsumowaniu pozycji w jednym z trzech załączonych do Oferty Zestawień odczynników i przeniesieniem błędnych kwot do Formularza oferty. Poprawki dotyczą kwot na str. 2 Oferty, oraz kwot na ostatniej stronie Formularza Zestawienie odczynników dla części nr 34.

Obecna cena oferty to:

bez podatku VAT: 108 120,42 zł

stawka podatku VAT: 24 867,69 zł

cena oferty z podatkiem VAT: 132 988,11 zł.

Zestawienie odczynników, obecna wartość w pozycjach:

"Suma" wynosi; w kol G: 83 169,55 zł, w kol I: 102 298,55 zł

"30% wartości umowy:" wynosi; w kol G: 24 950,87 zł, w kol I: 30 689,56 zł

"Razem:" wynosi; w kol G: 108 120,42 zł, w kol I: 132 988,11 zł

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń  
Dyrektor Instytutu