



znak sprawy/nr ref.: AZP-261-09/2020

Warszawa 19 MAJ 2020 r.

Zamawiający:
Instytut Biologii Doświadczalnej
imienia Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
"Instytut Nenckiego PAN",
ul. Pasteura 3,
02-093 Warszawa.
e-mail: przetargi@nencki.edu.pl

Wykonawcy:
wszyscy zainteresowani

ZMIANA TREŚCI SIWZ

z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.,
dalej jako "Pzp"

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę, w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Zestaw mikroskopowy oparty na arkuszu światła, zestaw mikroskopowy do obrazowania FLIM oraz komora hipoksji, z dopuszczeniem składania ofert częściowych;
część nr 6) -laser przestrzajalny

Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że w związku z omyłką pisarską (błędym przeniesieniem z dokumentu na dokument cyfr) wprowadza do SIWZ zmianę, jak niżej.

Instrukcja dla Wykonawców (str. nr 26); pkt XVI ust. 3 dla części nr 6) -laser przestrzajalny;
treść ppkt 2) lit a) –otrzymuje brzmienie:

"Moc szczytowa

- ✓ **zaoferowanie** 50 kW przy 690 nm, 140 kW przy 710 nm, 140 kW przy 920 nm, 30 kW przy 1040 nm – oferta otrzymuje **0 pkt**, lub
- ✓ **zaoferowanie** 56 kW przy 690 nm, 150 kW przy 710 nm, 150 kW przy 920 nm, 34 kW przy 1040 nm – oferta otrzymuje **8 pkt**, lub
- ✓ **zaoferowanie** 60 kW przy 690 nm, 160 kW przy 710 nm, 160 kW przy 920 nm, 40 kW przy 1040 nm – oferta otrzymuje **15 pkt**."

W pozostałym zakresie treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Treść zmodyfikowanej SIWZ jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor
Instytutu Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN

A. Dobrzyń
Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń