



instytut biologii doświadczalnej

im. Marcelego Nenckiego PAN

Zamówienia Publiczne, Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel.: (48-22) 589 2213;
fax: (48-22) 822 53 42, e-mail: przetargi@nencki.gov.pl; <http://www.nencki.gov.pl>

Znak sprawy/nr referencyjny: AZP-261-16/2020

Warszawa, 4.11.2020.

Zamawiający:

Instytut Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
"Instytut Nenckiego PAN",
ul. Pasteura 3,
02-093 Warszawa.
e-mail: przetagi@nencki.gov.pl

Wykonawcy:

wszyscy zainteresowani

ZMIANA TREŚCI SIWZ

z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, t. jedn. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 ze zm.,

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, pn: „Wyposażenie do laboratorium BrainCity z dopuszczeniem składania ofert częściowych”
Część nr 3) – urządzenie E i urządzenie F

Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że w związku z omyłką pisarską wprowadza do SIWZ zmianę, jak niżej.

Załącznik nr 2.3 Parametry część nr 3) urządzenie E:

Jest: Pipeta automatyczna zmiennieobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 30-300 µl – 1 sztuka,

Powinno być: Pipeta automatyczna zmiennieobjętościowa 8-kanałowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 30-300 µl – 1 sztuka.

Załącznik nr 2.3 Parametry część nr 3) urządzenie F:

Jest: Pipeta automatyczna zmiennieobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 01-2,5 µl – 9 sztuk,

Powinno być: Pipeta automatyczna zmiennieobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 01-2,5 µl – 1 sztuka.

W pozostałym zakresie treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Treść zmodyfikowanej SIWZ jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Dyrektor Instytutu