



Warszawa, dnia 10.06.2020 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 66/2020

dotyczy: usługi serwisowania mikroskopów LSM 800, LSM 780, TIRF, Spinning Disk oraz Sigma VP firmy Carl Zeiss

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 8.06.2020 r. dotyczące treści zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, jak niżej.

Pytania

Pytanie 1: 5.VI.2020 godz. 12:51

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 66/2020 z dnia 01.06.2020 r. uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:

Wzór umowy par. 2 ust. 7

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodatkowy zapis w : **„Wylączeniu podlegają komponenty 3View firmy Gatan”**?

Pytanie 2: 5.VI.2020 godz. 16:08

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 66/2020 z dnia 01.06.2020 r. uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania :

Dotyczy: wzór umowy par. 6 ust. 3

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę zamianę zapisu:
***„Płatność nastąpi w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, przelewem, na podstawie faktury oznaczonej numerem umowy, wystawionej w oparciu o protokół serwisowy z pierwszej wizyty serwisowej, podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Pierwsza wizyta serwisowa nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy”***?

Pytanie 3: 5.VI.2020 godz. 16:08

Dotyczy: ustęp 9 rozdziału IV Przygotowania Oferty i jej Ocena niniejszego zapytania:

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by oferta została podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym i przesłana elektronicznie na wskazany w zapytaniu adres: j.szymanski@nencki.edu.pl

Odpowiedzi

Odpowiedź 1: Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 2 – wzór umowy w par. 2 ust. 7 z:
Umowa obejmuje mikroskopy firmy Carl Zeiss z oprzyrządowaniem wyprodukowanym przez firmę Carl Zeiss. Komponenty innych producentów spektrometry, komputery, pamięci dyskowe, drukarki, kamery, analizatory obrazu, układy zewnętrznego sterowania wiązką lub mikroskopem, układy chłodzące i zasilające są objęte niniejszym kontraktem tylko w zakresie przeglądu.

na:

Umowa obejmuje mikroskopy firmy Carl Zeiss z oprzyrządowaniem wyprodukowanym przez firmę Carl Zeiss. Wyłączeniu podlegają komponenty 3View firmy Gatan. Komponenty innych producentów spektrometry, komputery, pamięci dyskowe, drukarki, kamery, analizatory obrazu, układy zewnętrznego sterowania wiązką lub mikroskopem, układy chłodzące i zasilające są objęte niniejszym kontraktem tylko w zakresie przeglądu.

Odpowiedź 2: Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 2 – wzór umowy w par. 6 ust. 3 z:
Płatność nastąpi w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury przelewem na podstawie faktury oznaczonej numerem umowy, wystawionej w oparciu o protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez strony, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

na:

Płatność nastąpi w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, przelewem, na podstawie faktury oznaczonej numerem umowy, wystawionej w oparciu o protokół serwisowy z pierwszej wizyty serwisowej, podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Pierwsza wizyta serwisowa nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Odpowiedź 3: Zamawiający dokonuje modyfikacji w zapytaniu ofertowym w części IV w punkcie 9 z:
Oferty należy przysyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: **j.szymanski@nencki.edu.pl**.

na:

Oferty należy przysyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej lub w postaci oferty podpisanej podpisem kwalifikowanym pocztą elektroniczną na adres: **j.szymanski@nencki.edu.pl**

Termin składania ofert upływa w dniu 17.06.2020 r. g. 12:00

Z wyrazami szacunku

Zastępca Dyrektora Instytutu
ds. Administracyjnych


Tomasz Koczyk