



Warszawa, dnia 27.01.2020 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 9/2020

dotyczy: Zapytania ofertowego na na dostawę Zamrażarki laboratoryjnej -30°C ARCTIKO LF 300 o pojemności 346 l wraz z dwoma dodatkowymi półkami wewnętrznymi (5060004-01)

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło 27.01.2020 r. dotyczące treści zapytania ofertowego nr 9/2020, Zamawiający udziela wyjaśnień, jak niżej:

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **VTS 252 -15 do -30 °C** producenta Vestfrost Solutions **DANIA** o następujących parametrach.

- **Zamrażarki laboratoryjnej -30** o następujących parametrach:
 - Pojemność: 256 L, użytkowa
 - Wymiary zewnętrzne WxSxG : 2060x595x633mm
 - Wymiary wewnętrzne WxSxG: 1439x440x405 mm
 - **5 regulowanych półek w standardzie**
 - Wnętrze ze stali nierdzewnej
 - Awaryjne podtrzymywanie pracy sterownika (do 48 godz.)
 - **Zużycie energii 1,9 kWh/24h co daje 2,69 kWh/34h**
- **Gwarancja:** min. 24 miesiące
- **Termin realizacji zamówienia:** max. 5 tygodni

Odpowiedź

Zaproponowany produkt nie spełnia naszych wymagań. Nie wyrażamy zgody na jego ewentualny zakup.

Treść zapytania ofertowego opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Oferty należy przysyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: p.dobrzyn@nencki.edu.pl w terminie do dnia **31.01.2020 r. do g. 12:00**

Z wyrazami szacunku

Zastępca Dyrektora Instytutu
ds. Administracyjnych

Tomasz Koczyk