



Warszawa, dnia 02.09.2020 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 95/2020

Dotyczy dostawy: Mikroskopu stereoskopowego

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 02.09.2020 r. dotyczące treści zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, jak niżej.

Pytania

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe nr 95/2020 zadajemy pytania dotyczące specyfikacji mikroskopu stereoskopowego:

1. Czy Zamawiający dopuści mikroskop o zakresie powiększeń 8x-80x (4x-40x z obiektywem 0,5x) o polu widzenia od 3 mm (powiększenie 80x) do 30 mm (powiększenie 8x)?
2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania apertury dla obiektywu 0,5x?
3. Czy Zamawiający dopuści mikroskop bez gumowych muszli ocznych?
4. Czy Zamawiający dopuści wymiary szklanej płytki o średnicy 100 mm?
5. Czy Zamawiający dopuści dwustronne pokrętko zmiany powiększenia zoom wyskalowane dla 7 pozycji?

Odpowiedź na wszystkie pytania od punktu 1 do 5.

Zamawiający nie dopuszcza zmian w specyfikacji i podtrzymuje opis, który jest opublikowany w zapytaniu ofertowym.

Z wyrazami szacunku

Zastępca Dyrektora Instytutu
ds. Naukowych

dr hab. Krzysztof Nieznański, prof. nadzw