



Warszawa, dnia 20.02.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 009/2023

dotyczy: dostawy komory laminarnej II klasy do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 17.02.2023 r. dotyczące treści zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, jak niżej.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy AISI 304L?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z blatem roboczym o szerokości 1495 mm? Jest to zaledwie o 0,5 cm mniej od wymagań.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o głębokości zewnętrznej 797 mm? Jest to zaledwie o 0,2 cm więcej od wymagań.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 1643 mm? Jest to zaledwie o 1,3 cm więcej od wymagań.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w 2 silniki typu EC?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez czujnika temperatury w komorze roboczej?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną sterowaną za pomocą przycisków membranowych, bez pokręta?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną, w której wskaźnik zużycia filtrów HEPA jest wskazany w %?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną, w której wskaźnik zużycia lampy UV jest wskazany za pomocą liczby godzin?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z 4 programami nieedytowalnymi, w tym 1 program czyszczący?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu pozostaje bez zmian. Oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: ale.piotrowska@nencki.edu.pl **nie później niż do dnia 21.02.2023 r. do godz. 12:00**

Z wyrazami szacunku

Zastępca Dyrektora
ds. Organizacyjnych i Rozwoju