



Warszawa, dnia 05.11.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 029/2024

dotyczy: usługi serwisowania skanera rezonansu magnetycznego Siemens MAGNETOM Prisma Fit dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 04.11.2024 r. dotyczące treści zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, jak niżej.

Pytanie nr 1

Pytanie dot. Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, Projekt umowy § 6, ust. 1

Czy wartość umowy określona w par. 6 ust 1 będzie stanowiła także pozycja II z Formularza ofertowego?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że ta pozycja również jest wliczona w cenę.

Pytanie nr 2

Pytanie dot. Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, Projekt umowy § 6, ust. 1

Uprzejmie prosimy o rezygnację z wymogu dostarczania protokołu odbioru zawierającego raport o przeprowadzonych czynnościach w danym miesiącu. Zwracamy uwagę, że istota zaproponowanej umowy przewiduje wystawianie w każdym miesiącu faktury, która ma stanowić 1/24 wartości umowy bez względu na to, czy w danym miesiącu przeprowadzone będą jakiegokolwiek czynności serwisowe. Nadto raporty serwisowe z każdej czynności serwisowej przekazywane są na bieżąco, bezpośrednio po zakończonej pracy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Pytanie dot. Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, Projekt umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu:

„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Pytanie dot. Załącznika nr 6 do SWZ, Projekt umowy

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r,

z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.

Odpowiedź

Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku Zamawiający, potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Instytut ma podpisaną Umowę z firmą, która takie odpady odbiera, transportuje i poddaje utylizacji (EMKA).

Pytanie nr 5

Pytanie dot. Załącznika nr 6 do SWZ, Projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, iż w sytuacji zmiany danych adresowych Stron umowy nie będzie konieczności zawierania dodatkowego aneksu, a zmiana danych adresowych nastąpi na podstawie pisemnego oświadczenia Strony umowy?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Pytanie dot. Załącznika nr 6 do SWZ, Projekt umowy

W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania (dotyczy tylko tych aparatów, gdzie technicznie możliwe jest podłączenie zdalnej łączności) przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download).

Przyjęta przez producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwia zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza możliwość połączenia za pomocą tunelu VPN przy użyciu łącza o przepustowości przynajmniej 4 Mbps.

Zamawiający informuje o zmianach wprowadzonych w zapytaniu ofertowym oraz we wzorze umowy (załącznik nr 2) – zmiana dotyczy terminu zgłaszania ofert oraz dodanie zapisu w par. 4 ust. 3 we wzorze umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego pod wskazanym zapytaniem ofertowym.

Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu zostaje przedłużony do dnia 14.11.2024

Oferty należy przysyłać pocztą elektroniczną na adres: b.kossowski@nencki.edu.pl **nie później niż do dnia 14.11.2024r. do godz. 12:00.**

Z wyrazami szacunku

Zastępca Dyrektora Instytutu